



Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 27. srpna 2025

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Laserový granulometr s příslušenstvím**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Ve vztahu k bodu technické specifikace „přístroj musí svou konstrukcí umožňovat testování vzorků kameniva výše uvedeného rozsahu zrnitosti“ upozorňujeme, že konstrukční překážkou v tomto ohledu může být peristaltické čerpadlo, které je standardně používáno v disperzních jednotkách. Existuje riziko, že částice o velikosti 2 mm poškodí čerpadlo během provozu, případně naopak čerpadlo poškodí částice. Další překážkou mohou být zúžení v systému disperzní jednotky, kterými je vzorek přečerpáván. Na trhu jsou k dispozici disperzní jednotky vybavené odstředivým čerpadlem, kde je zásobník na suspenzi propojen s průtokovou kyvetou (prostor mezi okny 6 mm) hadičkami o průměru 8 – 10 mm. Prosíme o upřesnění, zda požadavek: „přístroj musí svou konstrukcí umožňovat testování vzorků kameniva výše uvedeného rozsahu zrnitosti“ stanovuje také požadavky na disperzní jednotku, konkrétně pokud jde o typ čerpadla a minimální rozměry hadiček, kterými je vzorek přečerpáván.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel uvádí, že požadavek „přístroj musí svou konstrukcí umožňovat testování vzorků kameniva výše uvedeného rozsahu zrnitosti“ je zcela jasný a konkrétní. Konkrétní technické řešení je plně v kompetenci dodavatele včetně toho, jakým způsobem daný požadavek vyřeší i s ohledem na záruční podmínky uvedené ve smlouvě. Zadavatel dodavatele v technické specifikaci informuje, že bude používat specifický materiál – kamenivo v rozsahu zrnitosti nejméně od 0,001 mm do nejméně 2 mm. Pokud dodavatel nabídne nevhodné technické řešení, které se poškodí během záruční doby, má povinnost bezplatně odstranit všechny takto vzniklé vady v souladu se smlouvou.

S pozdravem

Ing. Martin Kórber
Právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze