



## Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

**ZADAVATEL:** Česká zemědělská univerzita v Praze  
**Sídlem:** Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka  
**Zastoupený:** Ing. Jakub Kleindienst, kvestor  
**IČO:** 60460709  
**Profil zadavatele:** <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 28. srpna 2025

### VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VII.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Přístroje do laboratoří FAPPZ II.**“.

#### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Část a) Mikroobjemový spektrofotometr. Jaký je přesný význam v zadání „kompatibilita s Windows“ — zda je požadováno (A) plné ovládání přístroje z PC Windows, nebo (B) postačí, že data jsou exportovatelná ve formátu čitelném ve Windows (např. .csv) a že servisní/kalibrační software je kompatibilní s Windows. Námi nabízený přístroj je kompletně ovladatelný z dotykového displeje.

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Ovladatelnost pomocí displeje a možnost exportu ve formátu pro čtení dat ve Windows je dostačující. Kalibrační software musí být kompatibilní s Windows. Servisní software nemusí být kompatibilní s Windows.

#### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Část a) Mikroobjemový spektrofotometr. Je akceptovatelné, že minimální čitelnost Abs u nabízeného přístroje je 0,04 A (místo 0 A)? Pro měření tato hodnota nemá vliv.

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Ano, hodnota 0,04 A je dostačující.

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel na základě výše uvedeného vysvětlení rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do **29. 9. 2025 do 9:00 hodin.**

S pozdravem

Ing. Martin Kórber  
Právní odbor  
Česká zemědělská univerzita v Praze