



Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 9. září 2025

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE III.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 54 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Nákup čidel na měření hladin a hydropedologických čidel**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Žádáme o upřesnění zadávací dokumentace pro část E veřejné zakázky (Hydropedologická čidla), konkrétně dokumentu "Technická specifikace": Technická specifikace - Optický snímač zákalu: ve specifikaci je uvedena požadovaná "opakovatelnost 98 %". Tento požadavek je nejasný, výrobci těchto čidel uvádí obvykle údaje jako "Repeatability: <5 %" nebo "Repeatability: ± 0.05 ". Žádáme tedy objasnění tohoto parametru a dále o potvrzení, že tato vysoká hodnota je skutečně požadována - pokud vycházíme z předpokladu, že "opakovatelnost 98 %" odpovídá "Repeatability: <2 %", jedná se o hodnotu, které na trhu dostupné senzory obvykle nedosahují.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel upravuje přílohu č. 4e - Technickou specifikaci, konkrétně parametr přesnosti měření u ultrazvukového snímače rychlosti a směru větru. Přílohou tohoto vysvětlení je nová upravená 2 příloha č. 4e - Technická specifikace. Účastník je povinen pro účely zpracování a podání nabídky použít výhradně tuto novou upravenou 2 přílohu č. 4e zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Žádáme o upřesnění zadávací dokumentace pro část E veřejné zakázky (Hydropedologická čidla), konkrétně dokumentu "Technická specifikace": Technická specifikace - Ultrazvukový snímač rychlosti větru: žádáme o potvrzení, že požadovaná hodnota u směru větru "přesnost měření $\pm 1^\circ$ " není omyl. Této hodnoty dostupné senzory běžně nedosahují, obvyklá hodnota u profesionálních ultrazvukových anemometrů je $\pm 3^\circ$.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel upravuje přílohu č. 4e - Technickou specifikaci, konkrétně parametr přesnosti měření u ultrazvukového snímače rychlosti a směru větru. Přílohou tohoto vysvětlení je nová upravená 2

příloha č. 4e - Technická specifikace. Účastník je povinen pro účely zpracování a podání nabídky použít výhradně tuto novou upravenou 2 přílohu č. 4e zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Žádáme o upřesnění zadávací dokumentace pro část E veřejné zakázky (Hydropedologická čidla), konkrétně dokumentu "Technická specifikace": Technická specifikace - Sonda na měření pH: opět žádáme o potvrzení správnosti parametru "minimální měřicí rozsahy 0 až 14 pH". Obvyklejší měřicí rozsah je 0-13 pH.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel upravuje přílohu č. 4e - Technickou specifikaci, konkrétně parametr přesnosti měření u ultrazvukového snímače rychlosti a směru větru. Přílohou tohoto vysvětlení je nová upravená 2 příloha č. 4e - Technická specifikace. Účastník je povinen pro účely zpracování a podání nabídky použít výhradně tuto novou upravenou 2 přílohu č. 4e zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel na základě výše uvedeného vysvětlení rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to **do 25. 9. 2025 do 9:00 hodin.**

S pozdravem

Mgr. Marketa Kohoutová
Právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze