



Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 24. září 2025

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE IX.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Přístroje do laboratoří FAPPZ II.**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Část a) Mikroobjemový spektrofotometr.

Bude zadavatel akceptovat minimální čitelnost Abs u nabízeného přístroje 0,1 A (místo 0 A)? Jedná se o odchylku méně než 1 % od požadovaného parametru.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel trvá na hodnotě minimální čitelnosti Abs u nabízeného přístroje 0,04 A, kterou uvedl ve vysvětlení zadávací dokumentace č. VII.

S pozdravem

Ing. Martin Kőrber
Právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze