



Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 13. listopadu 2025

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem **„Laboratorní přístroje pro FAPPZ - II.“**.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Prosíme o vysvětlení technické specifikace 4C, Promývačka mikrotitračních destiček, bod „promývačka musí mít řízené vstřikování pomocí stříkačky“ Naše promývačky jsou vybaveny dávkovací pumpou (zubovým čerpadlem) s vysokou přesností dávkování. Je toto řešení akceptovatelné?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel akceptuje promývačku vybavenou dávkovací pumpou. Z tohoto důvodu je přílohou tohoto vysvětlení UPRAVENÁ příloha č. 4c zadávací dokumentace – Technická specifikace. Účastník je povinen postupovat v souladu se zadávacími podmínkami a pro vyplnění a vložení do nabídky použít výhradně tuto novou upravenou přílohu č. 4c zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Prosím o vysvětlení k části b) Rotační vakuový koncentrátor. Dotaz: Bude akceptovat zadavatel koncentrátor s otáčkami 1400 rpm?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel bude akceptovat koncentrátor s otáčkami 1400 rpm, neboť tento parametr je v souladu s požadavkem zadavatele stanoveným v technické specifikaci.



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel na základě výše uvedeného vysvětlení rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do **15. 12. 2025 do 9:00 hodin**.

S pozdravem

Mgr. Marketa Kohoutová
Právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze