



Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 19. prosince 2025

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Mobilní mikrobiologická diagnostická laboratoř**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

část b – Stany:

V zadávací dokumentaci jsme nikde neobjevili, o kolik stanů se jedná – prosíme o doplnění informace, kolik stanů velkých a kolik stanů malých zadavatel požaduje?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel požaduje 1 stan velký, 3 stany malé. Zadavatel upravil přílohu č. 4 – technická specifikace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V zadávací dokumentaci je lhůta pro podání nabídek stanovena na 5.1.2026, což je cca 3 týdny od vyhlášení. Bohužel je však v čase Vánočních svátků, kdy většina firem má v čase od 22.12 do uvedeného 5.1 zavřeno, zaměstnanci čerpají dovolenou. Tím pádem je k přípravě nabídky limit pouze cca 1 týden. Prosíme o pochopení současné situace a prodloužení lhůty alespoň o 1 týden, tzn. Do 12.1.2026

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Viz vysvětlení č. 9.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

část b – Stany:

Prosíme o zodpovězení následujících dotazů k technické specifikaci „Mobilní mikrobiologická diagnostická laboratoř – část b - Stany.“, stan velký:

- a) Požadované minimální rozměry jsou uvedeny jako venkovní nebo vnitřní?



- b) Požadovaná maximální váha je pouze za stan nebo stan včetně příslušenství?
- c) Požadujete min. 2 rukávce – jedná se o prostupy ve střechovici stanu na připojení např. flexibilní hadice pro přívod teplého vzduchu z externího topidla, popř. klimatizační jednotky?
- d) Ve specifikaci požadujete min. 2 vchody, ale není řešeno jejich umístění, je tedy na uvážení výrobce, kam je umístí? Standartně jsou vchody umístěny na kratších stěnách stanu (v šíři).
- e) Ve specifikaci je uveden údaj Šířka vchodů: minimálně 2 m a pod ním samostatně údaj minimálně 2,3 m – k čemu údaj patří?
- f) Ve specifikaci velkého stanu není uveden údaj výška vchodů, ale u malého stanu je. Předpokládáme tedy, že výška vchodů bude stejná jako u malého stanu, tak aby šly dle požadavku propojit. Prosíme o potvrzení.
- g) Ve specifikaci je uvedena tubusová konstrukce s PVC nánosem, máte nějaký požadavek např. na hmotnost a odolnost materiálu nafukovací konstrukce? Konstrukce by měla být jako jeden celek nebo mít možnost odnímat např. jednotlivé nosné tubusy pro jejich možnou výměnu při poškození?
- h) Ve specifikaci není požadavek na materiál stanu, který může být různý – např. PES textil nánosovaného PU, který je lehký a tím i signifikantně ovlivňuje celkovou váhu stanu (stan o této velikosti může vážit i méně než 200 kg) a tím podstatně ulehčit manipulaci s ním během stavění, přenášení, balení. Také balicí rozměry stanu jsou menší oproti PES textilu nánosovaném PVC
- i) Ve specifikaci není uveden požadavek na balicí rozměry, může dodavatel doplnit, pokud jsou důležitým parametrem?
- j) Ve specifikaci není uvedeno, jaké jsou požadavky na podlahu stanu? Materiál (standartně bývá PES textil s PVC nánosem, vyšší gramáží (alespoň 600g/m²), s protiskluzovou úpravou kvůli pohybu lidí. Chybí nám informace, zda může být podlaha vyjímatelná (pro případ různých možností venkovních podkladů, kde lze stan postavit)?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel k výše uvedeným žádostem o objasnění uvádí:

Ad a) rozměry jsou vnitřní;

Ad b) maximální váha je pouze pro stan;

Ad c) Ano;

Ad d) Ano, vchody mohou být na kratších stěnách;

Ad e) výška vchodu v nejvyšším bodě;

Ad f) zadavatel požaduje výška max. 2-2,3 m;

Ad g) Zadavatel požaduje možnost odnímání;

Ad h) ano, zadavatel požaduje PES textil nánosovaného PU;

Ad i) toto není pro zadavatele důležitým parametrem;

Ad j) vyjímatelnost není nutná, standartní PES textil s PVC nánosem je vhodný, protiskluzová úprava není nutná.



Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

část b – Stany:

- a) Ve specifikaci je položka řešící rozměry stanu: Minimální vnitřní rozměry (šířka x délka x výška): 3 m x 5 m x 3 m. Oproti velkému stanu je zde uvedeno, že se jedná o rozměry vnitřní. Obvykle mívají stany, které se mají propojovat shodné rozměry na šířku, kam se umísťují i vchody stanů. Jedná se tedy zde o prohození čísel nebo zadavatel opravdu požaduje různé rozměry?
- b) Maximální váha je požadována u stanu malého stejná jako u velkého 260 kg, je to tak správně?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel k výše uvedeným žádostem o objasnění uvádí:

Ad a) administrativní chyby došlo k záměně rozměrů, kdy není v rámci úpravy přílohy č. 4 – Technická specifikace došlo k nápravě;

Ad b) ano, zadavatel trvá na technických parametrech u této položky.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

část b – Stany:

Požadujete dodání stanu včetně hygienické vložky nebo pouze stan.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel nepožaduje hygienickou vložku.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Zadavatel v rámci technické kvalifikace pro část veřejné zakázky c) – PCR Cyclery požaduje, aby dodavatel v posledních 3 letech realizoval alespoň 5 dodávek obdobného předmětu plnění, přičemž minimální hodnota každé jednotlivé dodávky činí 480 000 Kč bez DPH.

Dodavatel si dovoluje uvést, že na trhu jsou v současné době dostupné moderní PCR cyclery kompaktní konstrukce, která při plném zachování funkčních, kvalitativních a aplikačních parametrů vykazují výrazně nižší pořizovací cenu oproti tradičním systémům. U těchto zařízení proto jednotková hodnota jednotlivých dodávek zpravidla nedosahuje požadované částky 480 000 Kč bez DPH, a to nikoliv z důvodu nižší kvality či omezené funkčnosti, ale v důsledku odlišného technického konceptu.

S ohledem na výše uvedené si dodavatel dovoluje požádat zadavatele o zvážení, zda by bylo možné snížit požadovanou minimální hodnotu jednotlivé referenční dodávky na částku 250 000 Kč bez DPH?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Zadavatel ověřil požadavek, na základě, kterého mění znění zadávací dokumentace čl. 8.4 – pro část c veřejné zakázky, a to následovně:

Pro část veřejné zakázky c) - PCR Cyclery

Dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud v posledních 3 letech realizoval alespoň 5 dodávek obdobnou předmětu plnění této části veřejné zakázky (tj. PCR Cyclery, nebo jiných laboratorních přístrojů obdobné technické složitosti a funkčního určení) v hodnotě min. 250 000 Kč bez DPH.



Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že výše uvedená minimální hodnota u příslušné významné dodávky musí být prokázána v rámci jedné dodávky a nelze jí tedy dosáhnout součtem hodnot více menších zakázek.

Ostatní znění zadávací dokumentace zůstávají nezměněna, vyjma lhůty pro podání nabídek, viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 9.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Zadavatel v rámci technické kvalifikace pro část veřejné zakázky c) – PCR Cyclers požaduje, aby dodavatel v posledních 3 letech realizoval alespoň 5 dodávek obdobných předmětu plnění, přičemž zadavatel pro vyloučení pochybností upřesňuje, že se má jednat o dodávky PCR cyclersů.

Dodavatel si dovoluje uvést, že v posledních letech došlo v důsledku mimořádné situace na trhu v období pandemie onemocnění COVID-19 k výraznému nasycení trhu PCR cyclery, v návaznosti na což se v posledních třech letech realizuje podstatně nižší počet nových instalací tohoto typu zařízení.

S ohledem na výše uvedené si dodavatel dovoluje požádat zadavatele o vyjasnění, zda by bylo možné pro účely prokázání technické kvalifikace, kdy účelem technické kvalifikace je prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů, odborných schopností a zkušeností dodavatele pro plnění VZ, akceptovat také referenční dodávky jiných laboratorních přístrojů obdobné technické složitosti a funkčního určení, nikoliv výhradně dodávky PCR cyclersů?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Vzhledem k výše uvedeným změnám či doplněním výzvy je přílohou tohoto vysvětlení UPRAVENÁ příloha č. 4 zadávací dokumentace – Technická specifikace. Účastník je povinen postupovat v souladu se zadávacími podmínkami a pro vyplnění a vložení do nabídky použít výhradně tuto novou upravenou přílohu č. 4 zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Zadavatel na základě výše uvedeného vysvětlení rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do **16.1. 2026 do 9:00 hodin**.

S pozdravem

Mgr. Lucie Smrčinová, LL.M.
Právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze