



Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 7. ledna 2026

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Mikrovlnné rozkladné zařízení**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel uvádí požadavek na maximální rozměry pece. „Rozměry trouby nesmí překročit tyto parametry: šířka maximálně 55 cm, hloubka maximálně 60 cm, výška maximálně 70 cm“. Chtěli bychom se optat, zda bude pro zadavatele přípustné, aby uchazečem nabídnutý systém měl hloubku max. 70 cm. Ostatní požadované parametry budou bezesbýtku splněny.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Pro část b) Mikrovlnný rozklad: Zadavatel upravuje požadavek maximální rozměry pece. Zadavatel požaduje tyto parametry: šířka maximálně 55 cm, hloubka maximálně 70 cm, výška maximálně 70 cm“. Přílohou tohoto vysvětlení je upravená příloha č. 4b – Technická specifikace. Účastník je povinen pro účely zpracování nabídky použít výhradně tuto novou upravenou přílohu č. 4b.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel na základě výše uvedeného vysvětlení rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do **9. 2. 2026 do 9:00 hodin**.

S pozdravem

Mgr. Eliška Sojková
Právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze