

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlo: Praha – Suchdol, Kamýcká 129, PSČ 165 21
IČ: 604 60 709
Zastoupený: Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 23.6.2015

Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce s názvem „**Dodávka drobných přístrojů a zařízení do pavilonu FLD**“

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce „**Dodávka drobných přístrojů a zařízení do pavilonu FLD**“.

Znění žádosti k zadávacím podmínkám č. 1:

Obracím se na Vás s dodatečným dotazem k výběrovému řízení "Dodávka drobných přístrojů a zařízení do pavilonu FLD" části 16.3 Stolní termostat. Ráda bych se zeptala, zda zadavatel trvá na bodu "blok z nerezové oceli pro rovnoměrný přenos teploty".

Ráda bych upozornila na možnost nabídnout termostat s vnitřní komorou z nerezové oceli s bloky z hliníku s povrchovou úpravou pro větší odolnost, který má srovnatelné vlastnosti jako termostat s bloky z nerezové oceli. Stačilo by zadavateli dodat bloky se srovnatelnou uniformitou teploty v bloku jako u nerezů? Pokud ano, poprosila o stanovení uniformity, kterou zadavatel požaduje.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Zadavatel připouští v části 16 veřejné zakázky pro přístroj označený č. 16.3 - Stolní termostat (kultivace např. bakteriálních kultur) v bodě „blok z nerezové oceli pro rovnoměrný přenos teploty“ použití jiného materiálu než nerezové oceli s tím, že tento jiný materiál musí mít srovnatelné parametry, a to v tomto rozsahu: Rovnoměrnost / Přesnost: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

V souladu se Zákonem zadavatel s ohledem na dodatečné informace k zadávacím podmínkám a v návaznosti na to z důvodů administrativních rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek k veřejné zakázce „**Dodávka drobných přístrojů a zařízení do pavilonu FLD**“, a to do 14.7.2015 10:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 14.7.2015 v 10:05 hodin.

Dnes, tj. 23.6.2015 bylo zasláno k uveřejnění opravné oznámení o zakázce, v němž jsou zohledněny výše uvedené opravy lhůt.

Mgr. Michal Hanzlík

v plné moci za Českou zemědělskou univerzitu v Praze