



Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 24. února 2026

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Vybavení pro kvantitativní analýzu hormonů – III.**“

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Část a) Vybavení pro kvantitativní analýzu hormonů:

U položky č. 9. „Bezpečnostní skříň pro skladování hořlavých látek“ ke které se rovněž váže požadavek k instalaci, žádáme o upřesnění místa složení z nákladního auta a popis trasy stěhování, patra určení, zda skříň projde pod dveřmi a zda je k dispozici nákladní výtah? Vzhledem k velikosti skříně a hmotnosti téměř 500 Kg, jsou tyto informace nezbytné k nacenění veškerých nákladů instalace a přesunu skříně na místo určení.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K budově lze přijet velkým autem a složit skříň. Skříň se musí naložit na paletový vozík. Paletový vozík musí překonat vždy jeden práh u vstupních dveří. Skříň se musí přepravovat vždy na boku. V budově je výtah s nosností 630 kg s rozměry V: 2 m, H: 1,4 m, Š: 0,9 m. Současně do suterénu, kde bude skříň uložena vedou schody, po kterých se může skříň snést a pod schody znovu umístit na paletový vozík. Na vozíku je následně možné skříň dopravit až do laboratoře. Skříň musí být na boku.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dále se k celé zakázce váže termín komplexního plnění do 30 dnů. Konkrétně položka bezpečnostní skříně se vyrábí zakázkově dle zvolené specifikace a její běžný termín dodání je 120 dnů, bez výjimky značky / výrobce, jako například Asecos, Lacont, nebo Dueperthal. Stejně tak speciální přístroje, mezi které patří položka č. 18. Hlubokomrazící box, který je běžně dostupný do 45 dnů. Položky č. 12. – Mlýn, a č. 19. – Myčka, mají reálný termín dodání do 60 dnů. Žádáme Vás o posunutí termínu plnění a zvolení možnosti dílčího dodání s pokrytím předmětu plnění do 60 dnů, s výjimkou bezpečnostní skříně, která bude dodána do 120 dnů od podpisu smlouvy.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel prověřil termíny dodání a upravuje termín dodání, a to do 60 dnů od podpisu smlouvy pro



všechny položky této příslušné části veřejné zakázky. Z důvodu nutnosti uvedení zařízení do použití nelze prodloužit část dodání zařízení na dobu 4 měsíců.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Vzhledem k výše uvedeným změnám či doplněním zadávací dokumentace je přílohou tohoto vysvětlení zároveň UPRAVENÁ příloha č. 1a zadávací dokumentace – Smlouva. Účastník je povinen postupovat v souladu se zadávacími podmínkami a novou upravenou přílohu č. 1a zadávací dokumentace (pro část a veřejné zakázky).

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel na základě výše uvedeného vysvětlení rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do **27.3. 2026 do 9:00 hodin**.

S pozdravem

Mgr. Lucie Smrčinová, LL.M.
Právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze