

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlo: Praha – Suchdol, Kamýcká 129, PSČ 165 21
IČ: 604 60 709
Zastoupený: Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 3.7.2015

Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce s názvem „**Dodávka drobných přístrojů a zařízení do pavilonu FLD**“

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce „**Dodávka drobných přístrojů a zařízení do pavilonu FLD**“.

Znění žádosti k zadávacím podmínkám č. 2:

Dotaz k veřejné zakázce: Dodávka drobných přístrojů a zařízení do pavilonu FLD
přístroj 5 Vibrating sifter

jeden požadavek je: Pohyb musí být horizontálně kruhový

druhý požadavek je: plynulé nastavení amplitudy kmitů

koment: síťovačka u které se nastavuje amplituda kmitů má pohyb sít vertikální.

Síta se tedy pohybují nahoru a dolů.

dotaz: požadujete tedy pohyb **horizontálně kruhový** nebo **vertikální - oscilační**?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě žádosti č. 2:

Zadavatel trvá na požadavcích uvedených v zadávací dokumentaci, tj. požaduje pohyb horizontálně kruhový. Dále zadavatel pro úplnost uvádí, že obecně platí, že amplitudou kmitu se rozumí čas návratu tělesa do výchozí pozice tj. v tomto případě čas návratu síta do výchozí polohy při kruhové pohybu.

Mgr. Michal Hanzlík

v plné moci za Českou zemědělskou univerzitu v Praze