

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlo: Praha – Suchbátka, Kamýcká 129, PSČ 165 21
IČ: 604 60 709
Zastoupený: Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 3.7.2015

Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce s názvem „**Dodávka drobných přístrojů a zařízení do pavilonu FLD**“

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce „**Dodávka drobných přístrojů a zařízení do pavilonu FLD**“.

Znění žádosti k zadávacím podmínkám č. 3:

Dovolujeme si položit dotaz k zadávací dokumentaci k výše zmíněné veřejné zakázce a to konkrétně k části 12) přístroj 6. Gradientový termocykler (gradientová PCR analýza).

Dotaz č. 1:

Prosíme o upřesnění k požadavku „min. gradientový rozsah teploty 4-99°C“ a „nastavení různých reakčních teplot pro jednotlivé sekce PCR plata“:

Námi nabízený přístroj má rozsah nastavení teploty bloku 4 – 99°C, v rámci tohoto nastavení bloku je gradient je nastavitelný v rozpětí teplot 30°C až 99°C a to s intervalem mezi krajními hodnotami (krajními sloupci) 1°C– 20°C . Výsledkem je 12 různých teplot (12 sekcí termobloku, i PCR plata), jejichž hodnoty určuje SW termocycleru a v jednotlivých frakcích (sloupcích) nemohou být jednotlivě libovolně nastavené uživatelem.

Je uvedená specifikace námi nabízeného přístroje v souladu s požadavky zadavatele?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě žádosti č. 3:

Zadavatel k dotazu sděluje, že se nejedná o žádost o upřesnění, resp. o dodatečné informace, ale o dotaz na vyhodnocení nabídky uchazeče. S ohledem na zásadu rovného zacházení tedy zadavatel na tento dotaz není oprávněn odpovědět, neboť by tímto mohlo dojít ke zvýhodnění uchazeče. Hodnocení nabídky bude učiněno po podání nabídky hodnotící komisí.

Mgr. Michal Hanzlík

v plné moci za Českou zemědělskou univerzitu v Praze