



Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
Zastoupený: Ing. Vladimír Albrecht, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 7. dubna 2026

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Přístrojové vybavení pro FAPPZ**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V části Chlazená centrifuga: Výkyvný rotor min. 4500G, kapacita min. 4x400ml: Bude zadavatel akceptovat rotor s kapacitou 4x400 ml a centrifugační silou maximálně 3894 x g a maximálními otáčkami 4500 rpm?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel trvá na parametru uvedeném v příloze č. 4b_Technické specifikaci, tj. Výkyvný rotor min. 4500G, kapacita min. 4x400ml.

S pozdravem

Mgr. Marketa Kohoutová
Právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze