

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlo: Praha – Suchbátka, Kamýcká 129, PSČ 165 21
IČ: 604 60 709
Zastoupený: Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 27.7.2015

Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce s názvem „**Dodávka drobných přístrojů a zařízení do pavilonu FLD**“

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce „**Dodávka drobných přístrojů a zařízení do pavilonu FLD**“.

Znění žádosti k zadávacím podmínkám č. 25:

Zadavatel v příloze zadávací dokumentace, příloze F - Technické specifikace uvádí u položky 8.1 - Tlakový holter a dále uvádí parametry odpovídající holteru EKG, nikoli holteru krevního tlaku. Žádáme o vyjasnění, zda zadavatel požaduje přístroj pro monitorování krevního tlaku a pulsu nebo přístroj pro monitorování EKG s min. 7 kanálovým záznamem.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě žádosti č. 25:

Zadavatel tímto k žádosti sděluje, že požaduje přístroj na monitorování krevního tlaku a pulsu. Současně k tomuto zadavatel sděluje, že s ohledem na upřesnění přístroje na základě žádosti dále nepožaduje parametr uvedený v technické specifikaci k přístroji 8.1 – Tlakový holter „*min 7 kanálový záznam*“. Zadavatel zároveň zveřejňuje upravenou přílohu F 8 Zadávací dokumentace – Technickou specifikaci.

Znění žádosti k zadávacím podmínkám č. 26:

Zadavatel u položky 8.5 Měřič uvádí použití přístroje - osobní přístroj na monitorování prašnosti nebo aerosolů na člověku v reálném čase. Dále ve specifikaci zadavatel uvádí: displej se zobrazením hodnot průtoku a objemu v reálném čase. Požadavkům na technické provedení odpovídají přístroje pro stanovení objemové koncentrace prachu v průběhu měření, což je průměrná hodnota, nikoli hodnota.

Rozumíme tomu správně, že zadavatelem požadovaný přístroj má zobrazovat hodnoty průtoku a objemu v reálném čase a umožňovat stanovení průměrné objemové koncentrace prachu v průběhu měření?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě žádosti č. 26:

Zadavatel tímto k dotazu sděluje, že hodnoty průtoku a objemu byly myšleny v reálném čase s následným stanovením průměrné koncentrace prachu.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle ustanovení § 49 odst. 4 Zákona:

V souladu se Zákonem zadavatel s ohledem na dodatečné informace k zadávacím podmínkám a v návaznosti na to z důvodů administrativních rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek k veřejné zakázce „**Dodávka drobných přístrojů a zařízení do pavilonu FLD**“, a to do 4.8.2015 10:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 4.8.2015 v 10:05 hodin.

Dnes, tj. 27.7.2015 bylo zasláno k uveřejnění opravné oznámení o zakázce, v němž jsou zohledněny výše uvedené opravy lhůt.

Mgr. Petra Kadláčová

v plné moci za Českou zemědělskou univerzitu v Praze