

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlo: Praha – Suchdol, Kamýcká 129, PSČ 165 21
IČ: 604 60 709
Zastoupený: Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 31.7.2015

Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce s názvem „**Dodávka drobných přístrojů a zařízení do pavilonu FLD**“

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce „**Dodávka drobných přístrojů a zařízení do pavilonu FLD**“.

Znění žádosti k zadávacím podmínkám č. 27:

10.3 vodní lázen : Bude vyhovující vodní lázen o objemu 4 litry se zabudovaným magnetickým míchadlem?

Znění žádosti k zadávacím podmínkám č. 28:

10.4 třepací inkubátor: Kolik klipů a pro jaké objemy E. lahví by mělo být součástí dodávky?

Znění žádosti k zadávacím podmínkám č. 29:

10.9 pH metr : Jedná se o přenosný přístroj? Všechny uvedené parametry tomu odpovídají mimo: „Požadavky na technické provedení: - stolní provedení,“

Znění žádosti k zadávacím podmínkám č. 30:

10.10 mrazák pro laboratorní účely : Bude vyhovující mrazák s teplotním rozpětím -14 až -28°C? Bude vyhovující mrazák na pevných, výškově stavitelných nohách?

Znění žádosti k zadávacím podmínkám č. 31:

10.23 klimatizační komora: Bude vyhovující energeticky úspornější klimatizační komora s maximálním příkonem 1050 W?

Znění žádosti k zadávacím podmínkám č. 32:

Zadavatel u položky č. 8.7 – Dozimetr hlukový požaduje parametr „software v českém jazyce“. Uchazeč by rád nabídl hlukový dozimetr, který přesně odpovídá všem parametrům požadovaných zadavatelem kromě softwaru v českém jazyce.

Bude zadavatel akceptovat nabídku Dozimetru hlukového bez software v českém jazyce?

Zadavatel k žádostem o dodatečné informace č. 27 – 32 sděluje, že tyto byly obdrženy po lhůtě dle § 49 odst. 1 Zákona. Zadavatel nicméně z podnětu shora uvedených žádostí poskytuje informace dle § 49 odst. 4 Zákona.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle ustanovení § 49 odst. 4 Zákona:

K přístroji 10.3 - vodní lázeň zadavatel sděluje, že trvá na technické specifikaci

K přístroji 10.4 – třepací inkubátor zadavatel sděluje, že údaje ohledně klipů a objemů E. lahví jsou uvedeny v technické specifikaci v části příslušenství.

K přístroji 10. 9 – pH metr zadavatel sděluje, že požaduje pH metr přenosný. Zadavatel tedy nepožaduje stolní provedení a napájení z elektrické sítě. Zadavatel zároveň zveřejňuje upravenou přílohu F 10 Zadávací dokumentace – Technickou specifikaci.

K přístroji 10.10 – mrazák pro laboratorní účely zadavatel sděluje, že trvá na technické specifikaci.

K přístroji 10. 23 – klimatizační komora zadavatel sděluje, že trvá na technické specifikaci.

K přístroji 8.7 – dozimetr hlukový zadavatel sděluje, že akceptuje dodání softwaru rovněž v anglickém jazyce. Hlukový dozimetr však musí být vybaven softwarem. Zadavatel zároveň zveřejňuje upravenou přílohu F 8 Zadávací dokumentace – Technickou specifikaci.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle ustanovení § 49 odst. 4 Zákona:

V souladu se Zákonem zadavatel s ohledem na dodatečné informace k zadávacím podmínkám a v návaznosti na to z důvodů administrativních rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek k veřejné zakázce „**Dodávka drobných přístrojů a zařízení do pavilonu FLD**“, a to do 6.8.2015 13:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 6.8.2015 v 13:05 hodin.

Dnes, tj. 31.7.2015 bylo uveřejněno opravné oznámení o zakázce, v němž jsou zohledněny výše uvedené opravy lhůt.

Mgr. Petra Kadláčová

v plné moci za Českou zemědělskou univerzitu v Praze