

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlo: Praha – Suchbátka, Kamýcká 129, PSČ 165 21
IČ: 604 60 709
Zastoupený: Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 4.8.2015

Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce s názvem „**Dodávka drobných přístrojů a zařízení do pavilonu FLD**“

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce „**Dodávka drobných přístrojů a zařízení do pavilonu FLD**“.

Znění žádosti k zadávacím podmínkám č. 33:

Zadavatel u položky č. 8.1 – Tlakový holter uvádí mimo jiné následující požadavky:

- Vestavěná čidla pohybu
- Morfologický prohlížeč s víceúrovňovými vzory
- Analyzátor rytmu
- SD karta min. 2 GB

Všechny tyto požadavky jsou typické pro EKG holter, ne však pro tlakový holter.

Bude zadavatel akceptovat tlakového holteru, který bude splňovat požadovaný účel použití a ostatní uvedené požadavky?

Znění žádosti k zadávacím podmínkám č. 34:

Zadavatel u položky č. 8.1 – Tlakový holter uvádí mimo jiné následující požadavky:

- Nezávislý display na holteru

Uchazeč si není jistý, zda chápe dobře „nezávislý“ display. Splní uchazeč tento požadavek, když nabídne tlakový holter s vlastním displayem?

Znění žádosti k zadávacím podmínkám č. 35:

Zadavatel u položky 15.1 – Kompatibilní systémy pro vertikální elektrofrézu a následný přenos vzorků na membránu uvádí mimo jiné následující požadavky:

- Použití pro typ gelu: Mini
- Velikost gelu min. 8x 13 cm

Tyto dva požadavky se navzájem vylučují, jelikož velikost mini gelů je menší než uvedené rozměry. Připustí zadavatel nabídku, která bude obsahovat mini gely o velikost cca 6,8 x 8,6 cm?

Zadavatel k žádostem o dodatečné informace č. 33 – 34 sděluje, že tyto byly obdrženy po lhůtě dle § 49 odst. 1 Zákona. Zadavatel nicméně z podnětu shora uvedených žádostí poskytuje informace dle § 49 odst. 4 Zákona.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle ustanovení § 49 odst. 4 Zákona:

K přístroji 8.1 – tlakový holter zadavatel sděluje, že požaduje dodání holteru tlakového, přičemž netrvá na následujících požadavcích uvedených v příloze zadávací dokumentace:

- Vestavěná čidla pohybu
- Morfologický prohlížeč s víceúrovňovými vzory
- Analyzátor rytmu
- SD karta min. 2 GB
- Nezávislý display

Zadavatel zároveň zveřejňuje upravenou přílohu F 8 Zadávací dokumentace – Technickou specifikaci.

K přístroji 15.1 – Kompatibilní systémy pro vertikální elektrofrézu a následný přenos vzorků na membránu zadavatel sděluje, že trvá na velikosti gelu uvedené v zadávací dokumentaci, tj. 8 x 13 cm, 10ti a 15ti jamkové provedení. Současně však zadavatel upřesňuje požadavek „použití pro typ gelu: Mini“, kdy zde došlo k překlepu, přičemž zadavatel požaduje „použití pro typ gelu: MIDI“. Zadavatel zároveň zveřejňuje upravenou přílohu F 15 Zadávací dokumentace – Technickou specifikaci.

V souladu se Zákonem zadavatel s ohledem na dodatečné informace k zadávacím podmínkám a v návaznosti na to z důvodů administrativních rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek k veřejné zakázce „**Dodávka drobných přístrojů a zařízení do pavilonu FLD**“, a to do 7.8.2015 9:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 7.8.2015 v 9:05 hodin.

Dnes, tj. 4.8.2015 bylo zasláno k uveřejnění opravné oznámení o zakázce, v němž jsou zohledněny výše uvedené opravy lhůt.

Mgr. Petra Kadláčová

v plné moci za Českou zemědělskou univerzitu v Praze