

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlo: Praha – Suchbátka, Kamýcká 129, PSČ 165 21
IČ: 604 60 709
Zastoupený: Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 2.10.2015

Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce s názvem „**Dodávka drobných přístrojů a zařízení do pavilonu FLD II**“

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce „**Dodávka drobných přístrojů a zařízení do pavilonu FLD II**“.

Znění žádosti k zadávacím podmínkám č. 2:

Zadavatel u položky č. 1.9 pH metr uvádí protichůdné požadavky. Není zřejmé, zda zadavatel požaduje stolní nebo přenosné provedení.

- Interní úložiště pro min. 4500 naměřených hodnot

Na přenosný přístroj je to vysoký požadavek, běžně bývá interní úložiště pro 200 — 300 naměřených hodnot.

vodotěsné USB rozhraní
stolní provedení, napájení z elektrické sítě
kufříkový stativ

U stolních přístrojů není USB rozhraní chráněné proti vodě ani kufřík a stativ.

Dle uvedených požadavků uchazeč usuzuje, že zadavatel požaduje přenosný přístroj.

Bude zadavatel akceptovat přenosný pH metr s interním úložištěm pro min. 200 naměřených hodnot?

Znění žádosti k zadávacím podmínkám č. 3:

Dotaz se týká části 3 - Přístrojové vybavení laboratoře obrábění dřeva

Žádáme zadavatele o upřesnění požadovaných parametrů:

- Snímač pro tahové a tlakové síly - požadovaný rozsah sil.
- Snímač pro krouticí moment a otáčky - požadovaný rozsah momentu a otáček.
- Snímač dráhy s odpruženým hrotem - požadovaná maximální dráha.

Zadavatel k žádosti o dodatečné informace č. 2 a 3 sděluje, že tyto žádosti byly obdrženy po lhůtě dle § 49 odst. 1 Zákona. Zadavatel nicméně z podnětu shora uvedené žádosti poskytuje informace dle § 49 odst. 4 Zákona.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle ustanovení § 49 odst. 4 Zákona:

Zadavatel tímto k přístroji 1.9 – pH metr upřesňuje, že požaduje přenosný přístroj s interním úložištěm pro min. 200 hodnot a max. 4500, tedy zadavatel nadále netrvá na požadavku interního úložiště pro min. 4500 naměřených hodnot.

Zadavatel zároveň zveřejňuje upravenou přílohu D 1 Zadávací dokumentace – Technickou specifikaci.

Zadavatel tímto k přístroji 3.1 - osmi kanálová měřicí ústředna + senzory+příslušenství upřesňuje požadavky na technické provedení, když požaduje následující parametry:

u snímače pro tahové a tlakové síly parametr:

Tah/Tlak: s rozsahem od 0 do max. 500 kN,

u snímače pro krouticí moment a otáčky parametr:

Krouticí moment: min. v intervalu 0,1 až 190 N.m a parametr

Otáčky: max 10 000 rpm

u snímače dráhy s odpruženým hrotem parametr:

Dráha: v min. intervalu 0 až 100 mm

Zadavatel zároveň zveřejňuje upravenou přílohu D 3 Zadávací dokumentace – Technickou specifikaci.

V souladu se Zákonem zadavatel s ohledem na dodatečné informace k zadávacím podmínkám a v návaznosti na to z důvodů administrativních rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek k veřejné zakázce „**Dodávka drobných přístrojů a zařízení do pavilonu FLD II**“, a to do 9.10.2015 10:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 9.10.2015 v 10:05 hodin.

Dnes, tj. 2.8.2015 bylo zasláno k uveřejnění opravné oznámení o zakázce, v němž jsou zohledněny výše uvedené opravy lhůt.

Mgr. Petra Kadláčková

v plné moci za Českou zemědělskou univerzitu v Praze