

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČ: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 3. května 2017

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE III.

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k zakázce malého rozsahu s názvem „**Spotřební materiál a chemikálie do laboratoří pro projekt EXTEMIT-K**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Ze zadání u položky "vlněná plst' v rolích bílá, polotuhá (0,36 g/cm³), 80% vlna, role" nejsou zřejmé parametry: tloušťka textile (vyrábí se v tloušťkách 2 až 30 mm) a není zřejmé množství, vyrábí se v šířce válce 1500 až 2000 mm a množství se uvádí v m² nebo by stačil očekávaný návin role.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel v zadávací dokumentaci uvedl pod názvem předmětu plnění "vlněná plst' v rolích" a do popisu "bílá polotuhá (0,36 g/cm³), 80 % bavlna, role". Zadavatel doplňuje, že požaduje tloušťku 30 mm a šíři role 1500 mm.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz k položce c. 5 v části b - oligonukleotidy značené: Můžeme jako fluorescenční značení nabídnout odpovídající alternativy? Alternativy uvedených fluorescenčních značení o stejné nebo srovnatelné spektrální charakteristice?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel trvá na požadavku nedefinovaných parametrů fluorescenčního značení oligonukleotidů, tj. FAM, VIC, NED, PET. Důvodem je fakt, že zadavatel využívá Sekvenátor Genetic Analyzer 3500 (výrobce Applied Biosystems) a tento přístroj je nakalibrován na požadované fluorescenční barvy a pouze tyto je schopen detekovat. Z tohoto důvodu není možno akceptovat alternativy.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Chtěl bych upřesnit následující položky:

Dneasy plant mini kit (250)	specifický kit pro izolaci DNA, ke zpracování 250 vzorků
RNeasy Plant Mini Kit™ (50)	specifický kit pro izolaci DNA, ke zpracování 50 vzorků

Je RNeasy kit poptáván k izolaci DNA nebo RNA? Domníváme se, že jde o chybu v zadání v popisu. Musí se jednat o přesný uvedený název? V názvu je kit konkrétní značky, my máme v nabídce kity jiné značky, které mají ale stejnou funkci a použití.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Ano, jedná se o chybu v zadání v popisu. Zadavatel má na mysli "specifický kit pro izolaci RNA, ke zpracování 50 vzorků". Alternativa od jiného výrobce je pro zadavatele nevhodná, jelikož v rámci rozběhnutých laboratorních prací jsou již používány právě požadované chemikálie. Jejich změna by mohla vést ke zkreslení výstupů. Jedná se o produkty, které je možné na trhu sehnat běžně, nejsou vázané na jednoho prodejce. Tato oprava je zohledněna v příloze č. 1 smlouvy – Popis plnění – kalkulační model.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel výslovně upozorňuje, že dále upravil přílohu č. 1 smlouvy – Popis plnění - kalkulační model k části a. v bodě 76 a přílohu č. 1 smlouvy – Popis plnění - kalkulační model k části b. v bodě 9. Přílohou tohoto vysvětlení je opravená příloha č. 1 smlouvy u části a. a b. veřejné zakázky.

Účastník je povinen pro účely ocenění předmětu plnění veřejné zakázky a vložení do nabídky (v elektronické podobě ve formátu xls) použít výhradně tyto kalkulační modely v poslední zveřejněné verzi, a to bez jakýchkoli dalších úprav. V případě, že účastník použije jiné kalkulační modely popř. tyto kalkulační modely upraví, bude to zadavatel považovat za nedodržení zadávacích podmínek a taková nabídka pak bude ze zadávacího řízení vyřazena.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel dále rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 17. 5. 2017 do 9:00 hodin.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádllová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze