

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČ: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 10. května 2017

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE IV.

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k zakázce malého rozsahu s názvem „**Spotřební materiál a chemikálie do laboratoří pro projekt EXTEMIT-K**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název: 8-kanálová nastavitelná multipipeta. Specifikace zní následovně: pipetovací rozsah 0,5 - 10 µl, plně autoklávovatelná, 4-místný digitální displej. Jsem přesvědčený o chybné specifikaci. Správný název: “plně autoklávovatelná, 4-místný displej”.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Uvedenou specifikaci zadavatel nepovažuje za chybnou. Zadavatel s ohledem na účel užití předmětu plnění požaduje digitální displej.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název: soubor pěti automatických jednorozměrných pipet - 10µl, 100µl, 100µl, 200µl, 5000µl spolu se stojánkem. Opravdu požadujete 2x automatickou jednorozměrnou pipetu o objemu 100 µl?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Ano, požadujeme takto, jak je uvedeno v dokumentaci.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Z upraveného zadání položky "vlněná plst' v rolích: bílá polotuhá (0,36 g/cm³), 80 % bavlna, role, tloušťka 30 mm a šířka role 1500 mm" není zřejmý návin textilie v roli. Poprosíme o uvedení návinu v roli.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel požaduje celkem min. 2 m² vlněné plsti.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 19. 5. 2017 do 9:00 hodin.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze