

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 16. června 2017

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Sestava posuvného měřicího stolu na měření šířek letokruhů se software a stereomikroskopem**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Software na zpracování změřených dat - jaká forma zpracování je požadována?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V laboratoři pracujeme s dendrochronologickými programy TSAP-Win, CDendro, Past a WinDendro a požadujeme, aby s těmito byl software kompatibilní.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

"Export do běžně užívaných formátů v dendrochronologii" - postačuje csv, xls?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Běžně užívané formáty v dendrochronologii nejsou jen csv a xls, ale hlavně Heidelberg, Tucson a jiné. Výše zmíněné programy jsou schopny ukládat data v jednotlivých formátech.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Měření bude probíhat tak, že bude uživatel se stolem ručně pohybovat až do nastavení záměrného kříže v mikroskopu na letokruh a stiskne tlačítko, čímž, se přenesou pozice stolku do pc (?)

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Ano, měření probíhá tímto způsobem.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Stereomikroskop nebude vybaven kamerou.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Ano, stereomikroskop nebude vybaven kamerou.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Chod stolku pouze v jedné ose (jeden stupeň volnosti).

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Ano, chod stolu je jen v jedné ose tam a zpět (doprava a doleva).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Jaké je požadována délka chodu stolku?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Délku chodu stolku požadujeme minimálně od 600 mm s prodloužením až minimálně do 1000 mm.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 30. 6. 2017 do 9:00 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 30. 6. 2017 od 9:05 hodin v zasedací místnosti ve 4. patře budovy Rektorátu ČZU.

Dnes, tj. 16. 6. 2017, bylo zasláno k uveřejnění opravné oznámení o zakázce, v němž jsou zohledněny výše uvedené opravy lhůt.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze