

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 11. července 2017

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Vybavení analytické laboratoře pro projekt EXTEMIT-K**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz se týká položky Přesné analytické váhy s vnitřní kalibrací a pamětí: Technický parametr "maximální zatížení alespoň 250 g". Je akceptovatelné nabídnout váhy s maximálním zatížením 100 g?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je upravená technická specifikace. Zadavatel tímto upravuje technické podmínky. **Účastník je povinen použít výhradně tuto technickou v poslední zveřejněné verzi.**

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz se týká položky Přesné analytické váhy s vnitřní kalibrací a pamětí: Technický parametr „ čas stabilizace maximálně 2s“. Je akceptovatelné nabídnout váhy s časem stabilizace 5 s?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je upravená technická specifikace. Zadavatel tímto upravuje technické podmínky. **Účastník je povinen použít výhradně tuto technickou v poslední zveřejněné verzi.**

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz se týká položky Manipulovatelné analytické váhy s vnitřní kalibrací: Technický parametr "rozlišení minimálně 0,1 mg". Je možné nabídnout váhy s rozlišením minimálně 0,001 g?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je upravená technická specifikace. Zadavatel tímto upravuje technické podmínky. **Účastník je povinen použít výhradně tuto technickou v poslední zveřejněné verzi.**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 3. 8. 2017 do 9:00 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 3. 8. 2017 od 9:05 hodin v zasedací místnosti ve 4. patře budovy Rektorátu ČZU.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádllová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze