

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 13. července 2017

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Vybavení suterénu FLD v rámci projektu EXTEMIT-K - vybudování vědeckého pracoviště**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Č. Položky 6L, místnost 023 (Analyticko-fyziologická laboratoř) – vykopírovaná část zadání: 1x tlaková lahev Ar - zálohovaný obal 1x tlaková lahev N2 - zálohovaný obal 1x tlaková lahev He - zálohovaný obal tlakové lahve včetně náplně - čistota plynů "plyn s vyšší čistotou" objem lahví 50 litrů. Mají být naceněny i tlakové lahve? Má být naceněn i plyn v lahvi tzn. včetně náplně? (Standardem bývá, že si tlakové lahve pronajímá investor přímo od dodavatele plynů). Žádáme o upřesnění „plyn s vyšší čistotou“ – z uvedeného textu není jasná a definovaná požadovaná čistota plynu. Žádáme o upřesnění znění – „zálohovaný obal“.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Předmětem dodávky jsou tlakové lahve, včetně náplně, tzn. plynů - celková cena je tedy součet ceny lahve (lahve se nedá zakoupit, pouze zálohovat) a ceny náplně, tedy plynů Héliu, Dusíku a Argonu. Plyny v čistotě pro chromatografii - Speciální plyny - stupeň čistoty 99,9999%. Zálohovaný obal - tlakovou lahev nelze zakoupit, pouze "zapůjčit" oproti finanční záloze. Smlouva o pronájmu tlakových lahví bude uzavřena mezi dodavatelem plynů a dodavatel díla. Dodavatel díla, po zdárném předání díla, převede smluvní ujednání na zadavatele.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Č. Položky 15L, místnost 024 (Laboratoř chemické komunikace hmyzu) – vykopírovaná část zadání: 1x tlaková lahev Ar - zálohovaný obal tlakové lahve včetně náplně - čistota plynů "plyn s vyšší čistotou" objem lahví 50 litrů. Má být naceněna i tlaková lahev? Má být naceněn i plyn v lahvi tzn. včetně náplně? (Standardem bývá, že si tlakové lahve pronajímá investor přímo od dodavatele plynů). Žádáme o upřesnění „plyn s vyšší čistotou“ – z uvedeného textu není jasná a definovaná požadovaná čistota plynu. Žádáme o upřesnění znění – „zálohovaný obal“.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

ad vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Č. Položky 19L, místnost 024a (Chromatograf) – vykopírovaná část zadání: 1x tlaková lahev N₂ - zálohovaný obal 1x tlaková lahev He - zálohovaný obal tlakové lahve včetně náplně - čistota plynů "plyn s vyšší čistotou" objem lahví 50 litrů. Mají být naceněny i tlakové láhve? Má být naceněn i plyn v lahvi tzn. včetně náplně? (Standardem bývá, že si tlakové lahve pronajímá investor přímo od dodavatele plynů). Žádáme o upřesnění „plyn s vyšší čistotou“ – z uvedeného textu není jasná a definovaná požadovaná čistota plynu. Žádáme o upřesnění znění – „zálohovaný obal“.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

ad vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Č. Položky 10L, místnost 024 (Laboratoř chemické komunikace hmyzu) – vykopírovaná část zadání: celokovová, konstrukční materiál - ocelový zinkovaný plech, povrchová úprava vnějších ploch epoxipolyesterovou pryskyřic. Zadavatel neumožňuje jiný materiál laboratorní digestoře než ocelový zinkovaný plech s povrchovou úpravou povrchová úprava vnějších ploch epoxipolyesterovou pryskyřic? Je možné dodat i digestoř vyrobenou z materiálů, které jsou chemicky a mechanicky odolné např. homogenních kompaktních desek nebo laminovaných desek popř. jejich kombinací nebo zadavatel svým zadáním míří k jedinému technickému řešení a jedinému dodavateli laboratorní digestoře? Požaduje zadavatel, aby laboratorní digestoř byla certifikována a měla platný certifikát dle ČSN EN 14175? Má být uvedený certifikát součástí cenové nabídky?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Je třeba, aby konstrukce digestoře, včetně konstrukčních materiálů vyhověla ČSN EN 14175-2 Digestoře-Část 2: Požadavky na bezpečnost a výkon, bodu 6.1, ve kterém je uvedeno, že konstrukční materiál digestoře je odolný mechanicky, chemicky a tepelně. Dalším požadavkem obsaženým v bodě 6.1 uvedené normy je, aby konstrukční materiál nebyl snadno zápalný / hořlavý. Přípustným materiálem je pouze materiál uvedený v technické specifikaci. Digestoř bude využívána k výzkumu dřevokazného hmyzu a z tohoto důvod není vhodné volit materiály na bázi dřeva. Dále nelze připustit ovlivnění výzkumu výpary z lepidel, která jsou obsažena v deskách na bázi dřeva. Pro zajištění výzkumu je nezbytné volit konstrukční materiály, které nemají emise plynů. V digestoři bude dále prováděn výzkum s materiály s vyšším obsahem vody, který by mohl ovlivnit konstrukci digestoře z materiálů na bázi dřeva.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Č. Položky 1L, místnost 023 (Analyticko-fyziologická laboratoř) – vykopírovaná část zadání; Č. Položky 2L, místnost 023 (Analyticko-fyziologická laboratoř) – vykopírovaná část zadání; Č. Položky 3L, místnost 023 (Analyticko-fyziologická laboratoř) – vykopírovaná část zadání: židle laboratorní, pojízdná: výška sedáku min/max (mm): 440 / 540; celková výška min/max (mm): 860 - 98 délka sedáku (mm): 46; šířka sedáku (mm): 490; nosnost (kg): 120; asynchronního mechanismus umožňující nezávislé naklápění sedáku a opěraku; nastavení výšky opěraku; plynový píst k nastavení výšky sedáku; sedák i opěrák opatřen vysoce kvalitní samonosnou síťovinou pětiramenný kříž s kolečky

prům. 50 mm. Má být naceněna laboratorní židle opatřena samonosnou síťovinou na sedáku a opěráku? Takto definovaný materiál sedáku a opěráku nesplňuje zadání, že židle má být v laboratorním provedení a je v rozporu se zbytkem zadání laboratorní židle. Může být sedák a opěrák ze samonosné síťoviny nahrazen sedákem a opěrákem z polyuretanu? Žádáme o upřesnění specifikace materiálu sedáku a opěráku laboratorní židle.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Pro uvedené položky platí výška sedáku min/max (mm) 440/540mm i materiál opěráku a sedáku ze samonosné síťoviny dle výkazu výměr. Název "laboratorní židle" nevylučuje ani uvedenou výšku, ani materiál ze samonosné síťoviny, je tím jen řečeno kde bude židle umístěna.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Č. Položky 8L, místnost 024 (Laboratoř chemické komunikace hmyzu) – vykopírovaná část zadání; Č. Položky 17L, místnost 024a (Chromatograf) – vykopírovaná část zadání; Č. Položky 22L, místnost 026 (Entomologická třídírna) – vykopírovaná část zadání: židle laboratorní, pojízdná; výška sedáku min/max (mm): 440 / 540; výška sedáku s extra vysokým pístem: 580 / 890; celková výška min/max (mm): 860 – 98; délka sedáku (mm): 46 šířka sedáku (mm): 490 nosnost (kg): 120; asynchronního mechanismus umožňující nezávislé naklápění sedáku a opěráku; nastavení výšky opěráku; plynový píst k nastavení výšky sedáku; sedák i opěrák opatřen vysoce kvalitní samonosnou síťovinou pětiramenný kříž s kolečky prům. 50 mm. Má být naceněna laboratorní židle opatřena samonosnou síťovinou na sedáku a opěráku? Takto definovaný materiál sedáku a opěráku nesplňuje zadání, že židle má být v laboratorním provedení a je v rozporu se zbytkem zadání laboratorní židle. Může být sedák a opěrák ze samonosné síťoviny nahrazen sedákem a opěrákem z polyuretanu? Má být laboratorní židle na standardním pístu a tudíž je rozsah výšky sedáku min/max 440/540 mm nebo má být laboratorní židle na vysokém pístu a tudíž bude mít rozsah výšky sedáku 580/890? Nelze dodat laboratorní židli s takto definovaným výškovým rozsahem sedáku. Žádáme o upřesnění specifikace materiálu sedáku a opěráku laboratorní židle. Žádáme o upřesnění rozsahu výšky sedáku.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Pro uvedené položky platí vždy výška sedáku min/max (mm) uvedená ve výkazu výměr u jednotlivých položek. Pro výšky sedáku 440/540mm platí materiál opěráku a sedáku ze samonosné síťoviny dle výkazu výměr. Název "laboratorní židle" nevylučuje ani uvedenou výšku, ani materiál ze samonosné síťoviny, je tím jen řečeno kde bude židle umístěna. Pro výšky sedáku s extra vysokým pístem 580/890mm platí materiál opěráku a sedáku z černého měkčeného polyuretanu dle výkazu výměr.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Poprosíme o upřesnění zadání ve výkazu výměr. U položek číslo: 6L, 7L, 15L, 16L, 19L, 20L, 25L je uveden popis „rozvod technických plynů – tlakové trubky a tvarovky v provedení nerez“. Žádáme o informaci, zda se jedná o rozvody pouze ve stolech nebo po místnosti (od vývodu napojovacích míst až po konečný uživatelský ventil). Chybí metráž tlakových trubek, počet tvarovek atd. Nebo se jedná pouze o dodávku vyjmenovaných ventilů a rozvod se týká dodávky stavby?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Jedná se o kompletní rozvod po místnostech. Od tlakových lahví jako zdroje plynů, respektive redukčních ventilů těchto k ukončovacím ventilům. Ukončovací ventily jsou instalovány na servisní

panely laboratorních stolů, popř. na stěnu místnosti. Pozice tlakových lahví a ventilů - přípojných míst, jsou zaneseny ve výkresové dokumentaci, která je součástí dokumentace VŘ. Dodavatel díla realizuje trasy technických plynů, včetně prostupů stavebními příčkami, ukotvení, značení a dalších náležitostí běžných pro rozvody technických plynů. Předpokládají se páteřní rozvody pod stropem místností s odbočkami svedenými vertikálně k přípojným místům, popř. sériím přípojných míst vzájemně propojených v rámci vnitřních rozvodů laboratorních stolů a odsávaných boxů. Optimální trasy rozvodů volí dodavatel díla, dle pozic zdrojů plynů a ukončovacích ventilů zakreslených ve výkresové dokumentaci, která je součástí dokumentace VŘ. Totéž platí pro rozvod stlačeného vzduchu, kde zdrojem stlačeného vzduchu je kompresor.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze