

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 10. ledna 2018

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Vybavení genetické laboratoře pro projekt EXTEMIT-K**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel dle přílohy č. 4a Technická specifikace požaduje dodání chlazené vysokorychlostní stolní centrifugy s tím, že požaduje rychlost centrifugy minimálně 20 000 otáček za minutu (RPM). Nespletl si zadavatel RPM s RCF tedy přetížením udávaným v G? Pokud ne, mohl by prosím zadavatel uvést hodnotu RCF (v G) která je absolutní (na rozdíl od relativních hodnot RPM) a tedy vyjadřuje reálné přetížení, které zadavatel vyžaduje?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Požadavek zadavatel mění z hodnoty 20 000 RPM na hodnotu RCF 31 000 xg. Současně však mj. musí být splněna podmínka, kdy radius rotoru pro 1,5 ml zkumavky bude maximálně 100 mm.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel dle přílohy č. 4a Technická specifikace požaduje dodání termomixéru s termobloky - bloková třepačka, u kterého vyžaduje funkci časovače s rozmezím nejméně 15 sekund až 99 hodin. Hodnota 15 sekund je u tohoto přístroje neopodstatněná – během 15 sekund se na požadovanou teplotu nevyhřeje ani zkumavka, natož vzorek v ní. Navrhujeme změnu požadovaných hodnot např. na min. 1 minuta – 99 hodin. Bude zadavatel souhlasit s takovou změnou?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel upravuje požadovanou hodnotu – funkci časovače s rozmezím nejméně 1 minuta – 99 hodin.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel dle přílohy č. 4a Technická specifikace požaduje dodání centrifugy s rotorem umožňujícím centrifugaci skleněných zkumavek (vialek) o objemu 10 ml a průměru 13 mm. Mohl by prosím zadavatel uvést, jestli 13 mm označuje vnější průměr zkumavky, a jak jsou zkumavky vysoké?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Průměrem 13 mm je myšlen vnější průměr. Délka zkumavek je 150 mm.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 12. 2. 2018 do 14:00 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 12. 2. 2018 od 14:05 hodin v zasedací místnosti ve 4. patře budovy Rektorátu ČZU.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze