

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 22. ledna 2018

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE III.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „Vybavení genetické laboratoře pro projekt EXTEMIT-K“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Prosím o zveřejnění smluv i v editovatelném formátu tj MS word a ne pouze .pdf.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V souladu se zadávací dokumentací (čl. 3. Obchodní podmínky) zadavatel nebude poskytovat editovatelnou verzi smlouvy. Účastník podáním nabídky souhlasí se zněním smlouvy v plném rozsahu. Chybějící údaje ve smlouvě (zejména nabídková cena a identifikační údaje) budou doplněny dle nabídky vybraného dodavatele.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel dle přílohy Vybavení genetické laboratoře pro projekt EXTEMIT-K – část c. uvádí u vodní lázně tyto parametry: Teplotní rozsah minimálně od 5 °C nad okolní teplotu až 99,9 °C. Bude zadavatel akceptovat teplotní rozsah od 7 °C nad okolní teplotu až 100 °C

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je upravená technická specifikace. Zadavatel tímto upravuje technické podmínky. **Účastník je povinen použít výhradně tuto technickou v poslední zveřejněné verzi.**

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Teplotní uniformita v lázni maximálně 0,2 °C. Stabilita teploty v lázni maximálně 0,1 °C. Většina výrobců změnila specifikace teplotní stability podle podmínek DIN 12876 a tyto dříve publikované parametry doznaly po tomto sjednocení mírného zhoršení. Teplotní uniformita není běžně publikována. Bude zadavatel akceptovat teplotní stabilitu v lázni maximálně 0,4 °C. Bude zadavatel akceptovat teplotní stabilitu v lázni jako jediný parametr přesnosti?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je upravená technická specifikace. Zadavatel tímto upravuje technické podmínky. **Účastník je povinen použít výhradně tuto technickou v poslední zveřejněné verzi.**

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

LCD displej s ukazatelem nastavené a aktuální teploty. Bude zadavatel akceptovat VFT nebo jiný typ displeje?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je upravená technická specifikace. Zadavatel tímto upravuje technické podmínky. **Účastník je povinen použít výhradně tuto technickou v poslední zveřejněné verzi.**

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Máme doplňující dotazy k technickým parametrům přístrojů v části a. zakázky Třepací zařízení: Prosím o informaci zda bude akceptován rozměr platformy u třepacího zařízení 305 x 255 mm.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je upravená technická specifikace. Zadavatel tímto upravuje technické podmínky. **Účastník je povinen použít výhradně tuto technickou v poslední zveřejněné verzi.**

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Máme doplňující dotazy k technickým parametrům přístrojů v části a. zakázky Vortex - třepačka na vzorky. Prosím o informaci zda bude akceptováno nastavení otáček v rozmezí 0-2500 ot/min.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je upravená technická specifikace. Zadavatel tímto upravuje technické podmínky. **Účastník je povinen použít výhradně tuto technickou v poslední zveřejněné verzi.**

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Zadavatel uvádí v Příloze č. 4d Technická specifikace pro část D u přístroje Autokláv vertikální požadavek: Vnější šířka přístroje maximálně 75 cm, hloubka maximálně 60 cm. Námi nabízený autokláv disponuje vnější šířkou 73 cm, tedy plně splňuje technickou specifikaci požadovanou zadavatelem. V případě doplnění autoklávu o přídatné moduly požadované zadavatelem (generátor páry a vakuová pumpa) disponuje stále šířkou do 75 cm, hloubka přístroje je však zvětšena na 70 cm. Bude zadavatel akceptovat námi nabízené řešení s hloubkou přístroje 70 cm v konfiguraci s generátorem páry a vakuovou pumpou za předpokladu splnění veškerých ostatních požadavků?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je upravená technická specifikace. Zadavatel tímto upravuje technické podmínky. **Účastník je povinen použít výhradně tuto technickou v poslední zveřejněné verzi.**

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Zadavatel požaduje dodání předmětu plnění nejpozději do 60 dnů. Zadavatel zároveň požaduje dodat laboratorní přístroje, z nichž některé, z důvodu náročnějšího – specifického postupu výroby mají obvyklou dodací lhůtu 12 týdnů. Rádi bychom Vám takové přístroje nabídli, avšak nechceme kalkulovat sankce z prodlení do nabídkové ceny a tím pádem zbytečně tuto cenu navyšovat a přístroje prodražovat. Mohl by zadavatel, z výše uvedeného požadavku ustoupit a umožnit dodání předmětu plnění ve lhůtě nejpozději do 12 týdnů?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Zadavatel trvá na dodací lhůtě do 60 dnů od uzavření smlouvy.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Mohl by zadavatel poskytnout návrhy kupních smluv v editovatelné podobě, aby do nich bylo možné doplnit požadované údaje?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – zadavatel nebude poskytovat smlouvy v editovatelné podobě.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Pro řádnou kalkulaci nabídkové ceny bychom potřebovali znát popis transportních cest. Mohl by zadavatel poskytnout informaci o dispozicích transportních cest? Ideálně sdělit minimální rozměry cesty, počet schodů, které je nutné překonat, zda je možné využít výtah? Dá se z místa vykládky z nákladního vozu dostat k výtahu bez nutnosti překonání schodů?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

V budově je nákladní i evakuační výtah. Místnost je ve 3. np, přístupná dveřmi o rozměru š 900 mm v = 1900 mm. Přístup do nákladního výtahu je v úrovni ulice. Přístup do osobního-evakuačního výtahu vstupní halou s 10-ti schody. Není rampa. Do nákladního výtahu je možné dopravit (vjet) paletový vozík i s paletou.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

Zadavatel výslovně upozorňuje, že provedl revize technických specifikací ke všem částem veřejné zakázky a požaduje dodání přístrojů dle těchto upravených technických specifikací, které jsou přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Dále zadavatel provedl úpravu v příloze č. 2d smlouvy – Soupis přístrojů (pro část veřejné zakázky d.), která je též přílohou tohoto vysvětlení

zadávací dokumentace. Účastník je povinen použít výhradně upravený soupis přístrojů v poslední zveřejněné verzi.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 26. 2. 2018 do 10:00 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 26. 2. 2018 od 10:05 hodin v zasedací místnosti ve 4. patře budovy Rektorátu ČZU.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze