

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 31. ledna 2018

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE IV.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „Vybavení genetické laboratoře pro projekt EXTEMIT-K“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel uvádí v Příloze č. 4a Technická specifikace pro přístroj „Minicentrifuga pro PCR destičky“ - nastavení maximálně po 100 otáčkách za minutu. Bude zadavatel akceptovat přístroj s fixní rychlostí 2550 rpm za předpokladu splnění všech ostatních požadovaných parametrů?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Ano, fixní rychlost v rozmezí 2100 – 3000 rpm je přípustná.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel uvádí v Příloze č. 4d Technická specifikace pro část D u přístroje Ultrazvuková lázeň mimo jiné - Digitální ovládání U tohoto jednoduchého řešení ultrazvukové lázně o takto nízkém objemu je ve většině případů použito manuální ovládání, které nijak nebrání provozu a použití lázně. Bude zadavatel akceptovat manuální nastavení?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel trvá na digitálním ovládání (nastavení).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel uvádí v Příloze č. 4d Technická specifikace pro část D u přístroje Ultrazvuková lázeň mimo jiné - Funkce zahřívání s rozsahem teplot nejméně 30 – 80 °C, nastavení maximálně po 1 °C. Bude zadavatel akceptovat nastavení po 5°C?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Ano, zadavatel akceptuje nastavení po max. 5 °C.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel uvádí v Příloze č. 4d Technická specifikace pro část D u přístroje Ultrazvukový sonikátor mimo jiné - Minimální výkon 125 wattů; frekvence minimálně 20 kHz, efektivní výkon minimálně 20 Weff. Námi nabízené řešení disponuje výkonem 120 W, tedy s minimální odchylkou od vámi požadovaného výkonu; Frekvenci námi nabízené řešení převyšuje, efektivní výkon (tedy vstupní napětí pro vzorek tekutiny) nemůže být v žádném případě zaručený, neboť je závislý na typu kapaliny, viskozitě, hloubce ponoření sondy atd. Bude tedy zadavatel akceptovat naše řešení v podobě výkonu 120 W a zároveň upustí od požadavku na efektivní výkon?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel akceptuje výkon 120 W, nová specifikace je tedy „výkon min. 120 W“. Zadavatel zároveň upouští od požadavku na efektivní výkon.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel uvádí v Příloze č. 4d Technická specifikace pro část D u přístroje Laboratorní váha přesná I mimo jiné - Opakovatelnost 0,015 g či lepší. - Linearita 0,003 g či lepší. Dle našich zkušeností a znalosti této techniky jsou tyto hodnoty uváděny pro zatížení max. 750 g. Zadavatel však zamýšlí používat váhu se zatížením min. 3000 g a dochází tedy ke změně požadovaných hodnot. Bude zadavatel akceptovat námi nabízené řešení disponující opakovatelností 0,01 g a linearitou 0,02 g?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel akceptuje opakovatelnost 0,01 g či lepší (tj. menší) a linearitu 0,02 g či lepší (tj. menší).

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 7. 3. 2018 do 10:00 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 7. 3. 2018 od 10:05 hodin v zasedací místnosti ve 4. patře budovy Rektorátu ČZU.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze