

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 26. února 2018

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „Vybavení genetické laboratoře pro projekt EXTEMIT-K“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Nabízíme centrifugu s otáčkami 4500 RPM, 3300 x g s radiusem 139 mm. Trvá zadavatel na rádiu max. 10 cm? Pozn. při požadovaných otáčkách 4000 RPM a radiusu 100 mm není možné dosáhnout RCF (g) 3000. Radius pro dosažení 3000g musí být větší než 100 mm.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel upouští od požadavku na radius. Nově radius není specifikován. Dále zadavatel mění požadavek na požadované přetížení centrifugy, kdy nová specifikace tohoto parametru je „min. 2500 xg“. Ostatní specifikace zůstávají stejné.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 3. 4. 2018 do 10:00 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 3. 4. 2018 od 10:05 hodin v zasedací místnosti ve 4. patře budovy Rektorátu ČZU.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádllová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze