

## Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

**ZADAVATEL:** Česká zemědělská univerzita v Praze  
**Sídlem:** Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka  
**Zastoupený:** Ing. Jana Vohralíková, kvestorka  
**IČO:** 60460709  
**Profil zadavatele:** <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 27. března 2018

### VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VI.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „Vybavení genetické laboratoře pro projekt EXTEMIT-K“.

#### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel uvádí v Příloze č. 4d Technická specifikace pro část D u přístroje Lednice s mrazákem I požadavky: Ve dveřích chladničky minimálně 2 přihrádky; Automatické odmrazování chladničky i mrazničky; Třída energetické náročnosti A++ či úspornější. Profesionální lednice, které disponují dvěma kompresory, se s přihrádkami ve dveřích nevyrábí. Tyto přihrádky jsou k dispozici pouze u strojů pro domácnost či strojů spadajících do jiné kategorie. Námi nabízené, v laboratořích hojně využívané, profesionální lednice s mrazákem, disponují automatickým odmrazováním pouze u chladniček. Mrazáky disponují odmrazováním manuálním, protože při automatickém odmrazování mrazáku by mohlo docházet k výkyvům teplot a tím ke znehodnocení uložených vzorků a z tohoto důvodu se tyto profesionální mrazáky s automatickým odmrazováním nedělají. Dále je nutné upozornit, že prof. lednice či mrazáky se obecně neoznačují značkou třídy energetické náročnosti A+. Toto označení se používá také pouze strojů pro domácnost či strojů jiné kategorie. Námi nabízené, moderní, profesionální lednice a mrazáky jsou energeticky úsporné, jen se takto neoznačují. Zadavatelem požadované technické parametry jsou tedy nesplnitelné, protože se jedná o kombinaci parametrů strojů pro domácnost či jiné kategorie a pro profesionální použití. Bude zadavatel akceptovat nabídku výše uvedených lednic s mrazákem, které splňují všechny ostatní parametry?

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel trvá na splnění všech požadavků uvedených v technické specifikaci.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová  
vedoucí právního oddělení  
Česká zemědělská univerzita v Praze