

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 28. března 2018

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Dodávka stíněné komory a elektromagnetických cívek v rámci projektu EVA 4.0**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Chtěli bychom se zeptat, zda je přípustné nabídnout jiný materiál stínění při zachování požadovaných parametrů?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Jiný materiál pro nás není přípustný.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dále by nás zajímalo, jaký frekvenční rozsah akustického stínění požadujete?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Pokud jde o rozsah akustického stínění, požadujeme, aby byl minimálně v rozsahu od 1 kHz do 100 kHz.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 9. 4. 2018 do 13:00 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 9. 4. 2018 od 13:05 hodin v zasedací místnosti ve 6. patře budovy Rektorátu ČZU.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádllová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze