

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 29. března 2018

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Pořízení růstových komor v rámci projektu EVA 4.0**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Komory by měly dle zadávací dokumentace sloužit ke kultivaci lesních dřevin. Lze tedy předpokládat růstovou výšku alespoň 1,8m?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Jak je uvedeno v technické specifikaci, zadavatel požaduje výškově nastavitelné police v celém rozsahu kultivační plochy. Růstová výška se bude odvíjet od aktuálně pěstovaného sadebního materiálu, který může dosáhnout výšky až 1,8 m, ale spíše (i vzhledem k potřebě časté manipulace se sadebním materiálem) bude jeho výška menší než max. možná.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dle zadávací dokumentace je požadována minimální osvětlená plocha 0,9 m². Vzhledem k faktu, že předmětem kultivace budou lesní dřeviny, lze předpokládat jednoúrovňový systém. Vnější rozměry komory tak, jak jsou specifikované v zadávací dokumentaci (1,4 x 1,2m) neumožňují dosažení požadované růstové plochy, protože vnitřní prostor komory je omezen zástavbou technologií a izolačních panelů. Růstová plocha tedy koresponduje s maximální šířkou 1,9m. Jsou vnější rozměry komory uvedeny správně?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Ne, rozměrová specifikace je v zadání uvedena chybně. Správné vnější rozměry jsou 1,8 x 1,4 m (šířka x hloubka), aby mohlo být dosaženo min. osvětlené plochy 0,9 m². Zadavatel tedy tímto upravuje zadávací podmínky.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Jaké jsou požadavky na materiálovou konstrukci komory? V zadávací dokumentaci není specifikováno, ale toto klíčovým způsobem ovlivňuje vlastnosti a životnost komory. Lze dle dokumentace a účelů předpokládat požadavek na konstrukci ze sendvičových panelů o min. tloušťce

70mm, ochranu krycího plechu žárovým zinkováním a bílou práškovou barvou, vnitřní konstrukci z korozivzdorných materiálů a podlahy z korozivzdorné oceli?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Ano.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dle rozměrové specifikace komora umožňuje vstup osob. Měla by tedy být vybavena bezpečnostní klikou tak, aby bylo možné komoru otevřít zevnitř, pokud by ji nedopatřením někdo zvenčí zavřel?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Ano, zadavatel tímto doplňuje požadavky uvedené v zadávacích podmínkách..

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

V dokumentaci je požadavek na měření a ukládání fluorescenčních parametrů. Měly by být tyto parametry také zobrazovány přímo na dotykovém panelu umístěném na komoře, spolu s ostatními údaji o vnitřním prostředí (teplota, vlhkost...)?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Ano, zadavatel tímto doplňuje požadavky uvedené v zadávacích podmínkách.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Dle zadávací dokumentace je požadováno "proudění vzduchu o rychlosti min. do 0,3 m/s". Předpokládá se tedy maximální proudění vzduchu <0,3 m/s?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Ano.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Požadovaná intenzita osvětlení je 1500μmol/m²/s. Je to měřeno ve standardní vzdálenosti 1m od zdroje?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Ano.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Je požadováno neperiodické nastavení cirkadiánních parametrů? Tedy například možnost nastavení jiné délky dne a noci (a dalších parametrů) pro různé dny experimentálního protokolu?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Ano.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

V technické dokumentaci není specifikován požadavek na gradientní změnu environmentálních parametrů (tj. plynulý přechod z počáteční na cílovou hodnotu s možností nastavení sklonu spíše než skokovou, která neodpovídá přirozenému prostředí a rostliny stresuje). Je toto požadováno?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Ano, zadavatel tímto doplňuje požadavky uvedené v zadávacích podmínkách.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Předpokládáme, že všechny parametry požadované v technické specifikaci jsou minimální a pokud nebudou splněny, dojde k vyřazení nabídky tak, jak je to běžné u všech výběrových řízení. Je tomu tak?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Ano.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

Mimo jiné bychom chtěli požádat o dodání výkresu prostoru, kde budou komory umístěny, vzhledem k rozmístění dveří, elektřiny, odpadů aj.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

Výkres prostor je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 10. 4. 2018 do 14:00 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 10. 4. 2018 od 14:05 hodin v zasedací místnosti v 6. patře budovy Rektorátu ČZU.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze