

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Vybavení genetické laboratoře pro projekt EXTEMIT-K
d. Příprava a skladování vzorků

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zadávané na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

ROZHODUJE O ZRUŠENÍ ČÁSTI ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona, a to z následujícího důvodu:

dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona: v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby zadávacím řízením pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení:

Zadavatel při posouzení nabídky shledal, že technické podmínky jakožto součást zadávacích podmínek nebyly stanoveny v souladu se zákonem. Zadavatel např. shledal v případě lednice, že požadoval čistý užitečný objem lednice min. 360 litrů, přičemž lednice s tímto vnitřním objemem, která by současně splnila ostatní požadavky, podle dostupných informací není na trhu. Maximální objem lednice, která by splnila ostatní specifikace, je dle dostupných informací 359 litrů. Dále zadavatel požadoval třídu energetické náročnosti A++ či úspornější, takovou informaci ale nelze ověřit, protože u laboratorních lednic se obvykle třída energetické náročnosti tímto způsobem neuvádí. Dále zadavatel v případě lednice s mrazákem stanovil požadavek mimo jiné min. 2 přihrádky ve dveřích, automatické odmrazování a dva kompresory, přičemž dle dostupných informací žádná lednice touto kombinací vlastností nedisponuje.

V Praze dne **11 -04- 2018**


Ing. Jana Vohralíková
kvestorka

