

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbát
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 24. 4. 2018

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „Dodávka mikroskopovací techniky pro FLD ČZU v rámci projektu Rozvoj studijního prostředí na ČZU“.

Zadavatel obdržel dne 23. 4. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, která však nebyla zadavateli doručena v zákonem stanovené lhůtě, jež je stanovena v § 98 odst. 1 a 3 zákona – žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 8 pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek. S ohledem na výše uvedené se zadavatel rozhodl pro postup uvedený v §98 odst. 3 větě poslední, která stanovuje - pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty podle odstavce 1 § 98 zákona.

Zadavatel obdržel v rámci žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace níže uvedené dotazy:

- 1) V části „Stereomikroskop s digitálním mikro / makro zobrazovacím zařízením“ je požadován optický systém Galileo s rozsahem zoomu 10:1 (rozsah zvětšení 0.63x – 6.3x), změna zvětšení plynulá neb též skoková (alespoň 11 skoků). Je možné nabídnout stereomikroskop s větším rozsahem zoomu 12.7 : 1 (rozsah zvětšení 0.63x – 8x) s plynulou i skokovou změnou zvětšení (7 skoků)?

Odpověď zadavatele: Zadavatel trvá na požadavcích, které uveřejnil v rámci technické specifikace stanovené pro předmět plnění a neumožňuje tedy výše popsané dodavatelem navrhované řešení.

- 2) V části „Stereomikroskop s digitálním mikro / makro zobrazovacím zařízením“ je požadován trinokulární tubus s dvojpohotovým přepínáním světelné cesty (100% okuláry, 20% okuláry / 80% fotovýstup), úhel vzhledu 30°. Bude zadavatel akceptovat trinokulární tubus s dvojpohotovým přepínáním světlené cesty (100% okuláry / 0% fotovýstup, 0% okuláry / 100% fotovýstup)?

Odpověď zadavatele: Zadavatel trvá na požadavcích, které uveřejnil v rámci technické specifikace stanovené pro předmět plnění a neumožňuje tedy výše popsané dodavatelem navrhované řešení.

Zadavatel trvá na svých požadavcích stanovených v zadávacích podmínkách tohoto zadávacího řízení.

S pozdravem