

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 3. května 2018

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „Zařízení na statické a dynamické testování mechanických vlastností dřeva“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Hydraulické klínové čelisti - v technickém zadání je uveden požadavek vybavení čelisti ploškami pro ploché vzorky o rozsahu alespoň 0 – 40 mm, znamená tento údaj, že čelisti s vložkami musí umožňovat celkové rozevření pro ploché vzorky minimálně od 0 – 40 mm?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Ano.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Hydraulické klínové čelisti - požadavek na míjivé zatěžování znamená, že zatěžování bude přes nulu?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Ano.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Testování na vysoké teploty - jaké jsou požadovány minimální vnitřní rozměry teplotní komory?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Minimální vnitřní rozměry jsou 400 mm x 400 mm x 400 mm (š x v x h).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Testování na vysoké teploty - teplotní komora má být součástí zkušebního stroje, tedy umístěna v zkušebním prostoru zkušebního stroje?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Ano.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Testování na vysoké teploty - v požadavcích nejsou uvedeny přípravky pro testování v komoře. Pokud mají být součástí dodávky prosím o jejich upřesnění.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Požadujeme přípravky kompatibilní s prostorem komory určené na testování ohybu a tlaku schopné vyvinout plnou kapacitu zatěžovacího stroje.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Testování na vysoké teploty – v požadavcích je také uveden požadavek na testování za velmi vysokých teplot pomocí technologií pece a specializovaných načíst řetězce. Má být tedy součástí zkušební sestavy krom komory, také vysokoteplotní pec? Pokud ano, jaké upínací přípravky mají být v peci? Do jakých teplot má být pec konstruována?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Součástí je pouze teplotní komora, v technické specifikaci je uveden také termín „pec“ (bod 11 technické specifikace), v tomto případě se jedná o synonymum. Pokud jde o přípravky – viz odpověď výše (vysvětlení zadávací dokumentace č. 5). Komora má být konstruována od minimálně -100 °C do minimálně + 350 °C – viz technická specifikace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Testování na vysoké teploty - má být videoextensometr použit i pro měření deformace za zvýšených teplot?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Ano. Zároveň musí být zachována funkce řízení testu i při užití teplotní komory včetně dynamického zatěžování.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Žádáme o vysvětlení požadavků na výšku zkušebního prostoru 2300 – 4170 mm (rozdíl dělá 1870 mm). Jestli tomu rozumíme správně, má být prostor hydraulicky přestavitelný?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Ano, prostor musí být hydraulicky přestavitelný. Námi požadovaná maximální výška souvisí s prostorovým omezením umístění přístroje.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Pokud má být testovací prostor 1870 mm, má být písniice stroje zasunutá nebo vysunutá?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Písniice má být zasunutá.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 9. 5. 2018 do 9:30 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 9. 5. 2018 od 9:35 hodin v zasedací místnosti v 6. patře budovy Rektorátu ČZU.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádllová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze