

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 18. 5. 2018

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Dodávka analytického laboratorního vybavení pro FAPPZ ČZU**“.

Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, tyto žádosti však nebyly zadavateli doručeny ve lhůtě stanovené zadavatelem ve Výzvě k podání nabídek v bodu 9, tj. 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Část B – drobné laboratorní vybavení

Dotaz:

Jelikož takto striktně a přesně zadané parametry dokumentačního systému v části B směřují k cílenému výběru pouze jednoho konkrétního výrobce, který má navíc na českém trhu pouze jednoho exkluzivního zástupce, žádný ze světových výrobců nesplňuje takto přesně zadané technické parametry. Tímto požadujeme, aby se v rámci transparentního a rovnocenného přístupu k ostatním potencionálním dodavatelům změnila technické požadavky tak, aby bylo možné nabídnout i přístroje od jiných výrobců. Odkazujeme se na zákon č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, zejména dle § 36 odst. 1, kdy technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu, a § 6 odst. 1 a 2 o zásadách rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Rádi bychom se zeptali, zda bude zadavatel akceptovat nabídku, kde dokumentační systém bude mít kameru 12-bit CMOS s rozlišením 5 Mpx, která poskytne lepší finální rozlišení obrázku než výše zmíněná, a výstupem bude 16-bit TIFF, bez zoom. Dále součástí bude jeden výsuvný šuplík s transiluminátorem a deska pro konverzi bílého světla bez dvoustupňové regulace intenzity svícení. V rámci analytického softwaru není možné 3D prohlížení proužků, ale je zde možnost grafického znázornění intenzity ve 2D. Půdorys na šířku 41 cm.

Odpověď:

Zadavatel odmítá tvrzení dodavatele, že by jeho požadavky stanovené v technické specifikaci předmětu plnění části B výše uvedeného zadávacího řízení byly stanoveny diskriminačně s cílem omezit hospodářskou soutěž, tedy stanoveny tak, že by zvýhodňovali jednoho konkrétního dodavatele. Zadavatel při stanovení zadávacích podmínek, tedy i při stanovení minimálních požadavků uvedených v rámci technické specifikace předmětu plnění vycházel z aktuálních běžně dostupných informací o produktech nabízených různými výrobci/dodavateli na trhu. Zadavatel je přesvědčen, že požadované minimální parametry stanovené na předmět plnění v části B, ke které se dodavatel dotazuje, nejsou nastaveny diskriminačně a je vícero výrobců/dodavatelů, kteří jsou schopni dodat zboží splňující tyto zadavatelem stanovené požadavky.

Zadavatel je přesvědčen, že 16-bit kamera nabízí lepší dynamické rozlišení v porovnání s 12-bitovou kamerou, konkrétně 65 535 odstínů šedi oproti 4 096. To umožňuje lepší možnost rozlišení u proteinových spotů či bandů, což je potřebné vzhledem ke stále většímu důrazu na kvalitní grafické výstupy pro publikace a též pro senzitivní analýzu obrazu ve 2D a 3D.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené trvá na stanovených a uveřejněných minimálních požadavcích předmětu plnění v technické specifikaci části B – drobné laboratorní vybavení a neumožňuje dodání zboží s parametry uváděnými dodavatelem v rámci výše uvedeného dotazu.

Část A – analytické zařízení

Dotaz:

- aa) Mineralizační zařízení pro stanovení bílkovin včetně příslušenství a destilační přístroj pro stanovení obsahu bílkovin podle Kjeldahla
- ab) Jednotka pro stanovení vlákniny
- ac) Extrakční přístroj na stanovení tuků
- ad) Extrakční jednotka pro stanovení obsahu tuku dle Soxhleta

Jedná se o technickou specifikaci předmětu plnění ad) Extrakční jednotka pro stanovení obsahu tuku dle Soxhleta - zadávací dokumentace je zavádějící.

V názvu je "Soxhlet", ale dále v Technické dokumentaci je téměř libovolný extrakční přístroj - Vyhovující metodice extrakce dle Randalla a Soxhleta

Jaký je rozdíl mezi **ac) Extrakční přístroj na stanovení tuků** a **ad) Extrakční jednotka pro stanovení obsahu tuku dle Soxhleta?**

Děkuji Vám za upřesnění mého požadavku - ad) Extrakční jednotka pro stanovení obsahu tuku dle Soxhleta - Technické požadavky.

Odpověď: Zadavatel poptává zboží pro různé příjemce – uživatele v rámci svých kateder, kteří též stanovují své požadavky na nakupované přístroje odděleně dle jejich vlastní potřeby, a proto se u poptávaných přístrojů mohou měnit požadavky na jejich technické a funkční vlastnosti či jejich názvy. **Zadavatel požaduje dodání přístrojů dle uveřejněných počtů a minimálních technických a funkčních požadavků stanovených v rámci technické specifikace dle jednotlivých uvedených položek.**

Zadavatel s ohledem na výše uvedené uveřejnění vysvětlení zadávacích podmínek rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek a stanovuje novou lhůtu pro podání nabídek **na 24. 5. 2018 do 12 hodin**. Všechny ostatní uveřejněné informace zůstávají beze změny.

S pozdravem