

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 22. 5. 2018

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Dodávka laboratorních klimaboxů a autoklávů pro FAPPZ ČZU**“.

Zadavatel upravuje technickou specifikaci předmětu plnění u položky č. 3) Laminární box s horizontálním prouděním vzduchu a stanovuje níže uvedené min technické požadavky na tuto položku předmětu plnění. Zadavatel uveřejňuje jako přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace upravenou technickou specifikaci předmětu plnění této VZMR.

180 cm flow box horizontální, UV lampa, plný nerez
Technické a jiné požadavky
Šířka pracovní plochy min. 170 cm
nerezová neperforovaná pracovní deska
osvětlení vnitřního prostoru
UV lampa se stahovacím krytem čelní stěny
časovač UV lampy
elektrická zásuvka (2x) v pracovním prostoru
stojan pod box

Zadavatel s ohledem na výše uvedené uveřejnění upřesnění požadavků na předmět plnění rozhodl a stanovuje **novou lhůtu pro podání nabídek na 31. 5. 2018 do 10 hodin**. Ostatní uveřejněné informace zůstávají beze změn.

S pozdravem

Příloha: Technická specifikace předmětu plnění - upravená