

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 23. 5. 2018

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Dodávka laboratorních klimaboxů a autoklávů pro FAPPZ ČZU**“.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 byl chybně uveden řádek v názvu položky, zadavatel proto uveřejňuje toto upravené vysvětlení, jiné změny nebyly provedeny.

Zadavatel upravuje technickou specifikaci předmětu plnění u položky č. 3) Laminární box s horizontálním prouděním vzduchu a stanovuje níže uvedené min technické požadavky na tuto položku předmětu plnění.

Technické a jiné požadavky
Šířka pracovní plochy min. 170 cm
nerezová neperforovaná pracovní deska
osvětlení vnitřního prostoru
UV lampa se stahovacím krytem čelní stěny
časovač UV lampy
elektrická zásuvka (2x) v pracovním prostoru
stojan pod box

Lhůta pro podání nabídek platí v termínu uveřejněném v rámci VZD č. 1, tedy nabídky je možné podat do 31. 5. 2018 do 10 hodin. Ostatní uveřejněné informace zůstávají beze změn.

S pozdravem