

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1

(dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“))

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 23. 5. 2018

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Dodávka laboratorního vybavení pro přípravu vzorků pro FAPPZ ČZU v rámci projektu Rozvoj studijního prostředí na ČZU**“ zadávané v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona.

Dotaz č. 1:

Část C – 1. Chlazená stolní odstředivka s regulací teploty v rozsahu -20 až +40°C (1 ks) s následujícími vlastnostmi a příslušenstvím

V části c)1. požaduje zadavatel minimální nastavitelnou teplotu -20°C. Smyslem chlazených centrifug je udržení vzorku uvnitř stáčených zkumavek na teplotě 4°C. Centrifuga, kterou nabízíme, zaručuje tuto teplotu a to s nastavením chlazení pouze na -9°C. Podmínky ochrany vzorku jsou tím splněny a ještě dochází k drobné úspoře energie při provozu. Přijme zadavatel jako splnění požadavku na chlazení centrifugy i teplotu -9°C, pokud je tím splněno udržení teploty vzorku na 4°C během centrifugace?

Odpověď:

Zadavatel požaduje, aby u dodaného výrobku byla dodržena specifikace na minimální teplotu chlazení -20°C, Tyto teploty jsou vhodné pro šetrné odstředění nevodných extraktů v metabolomice a jsou důležité pro současné a budoucí laboratorní postupy využívané na pracovišti.

Zadavatel nebude akceptovat nabízenou vlastnost centrifugy, tedy chlazení na -9°C jako splnění požadavku.

Dotaz č. 2:

Část C – 1. Chlazená stolní odstředivka s regulací teploty v rozsahu -20 až +40°C (1 ks) s následujícími vlastnostmi a příslušenstvím

Část C – 2. Nechlazená odstředivka (1 kus) s následujícími vlastnostmi a příslušenstvím

V části c) 1.,2. požaduje zadavatel jako možnost doplnění centrifugy o položku: rotor s výkonem 21.000 RCF. Tato kategorie rotoru se používá většinou pro aplikaci vyžadující výkon 16.000 RCF až 20.000 RCF. Předpokládáme, že požadavek 21.000 RCF zahrnuje i malou „rezervu“ ve výkonu. Nabízíme rotor s výkonem 20.800 RCF, tedy odchylkou menší než 10%.

Zadavateli by se tolerancí této odchylky rozšířil výběr centrifug o kvalitní přístroj renomovaného výrobce. Příjme zadavatel jako splnění požadavku na výkon rotoru na 1,5 ml zkumavky i hodnotu 20.800 RCF?

Odpověď:

Odchylka mezi vlastností nabízenou dodavatelem (20.800 rcf) a požadovanou (21.000 rcf) je sice malá, přesto může mít dopad na kvalitu přípravy vzorku, který je obtížné odhadnout a vyžadovala by náročný proces nové validace metody přípravy vzorku. Vzhledem k tomu, že jsou na trhu přístroje s vlastností uvedenou v technických specifikacích, nelze nabízenou změnu přijmout.

Dotaz č. 3:

Měla bych dotaz k technické specifikaci – příloha č.4 ZD část **g- Laboratorní mixer pro homogenizaci vzorků před stanovením.** Požadujete dodat pouze laboratorní mixer pro homogenizaci nebo vyžadujete dodat přístroj i s veškerým příslušenstvím, které je potřebné pro funkčnost přístroje? Případně bylo by možné blíže specifikovat po jaké účely bude přístroj používán a jaké vyžadujete příslušenství?

Odpověď:

Zadavatel požaduje dodat homogenizátor, který bude samostatně schopen homogenizovat (rozmixovat) libovolný potravinářský vzorek. Zadavatel nemá jiné požadavky na technické parametry výrobku, než jsou minimálně stanovené požadavky uvedené v technické specifikaci u položky tohoto přístroje.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek **a stanovuje novu lhůtu pro podání nabídek na 31. 5. 2018 do 10 hodin.** Otevírání obálek bude realizováno dne 31. 5. 2018 v 10,05 v místnosti č. 326 budovy FAPPZ B, Kamýcká 129, Praha 6 – Suchbát.

Ostatní uveřejněné informace zůstávají beze změn.

S pozdravem