

## Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

**ZADAVATEL:** Česká zemědělská univerzita v Praze  
**Sídlem:** Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka  
**Zastoupený:** Ing. Jana Vohralíková, kvestorka  
**IČO:** 60460709  
**Profil zadavatele:** <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 18. července 2018

### VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Stereomikroskopy s LED stativem**“.

#### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V technické specifikaci je požadován Planapochromatický objektiv se zvětšením alespoň 1.25x, pracovní vzdálenost min. 60 mm a celkové zvětšení mikroskopu min. v rozmezí 10x – 70x (bez výměny objektivu). Je možné nabídnout řešení s Planapochromatickým objektivem 1x, pracovní vzdálenost 70 mm, s celkovým zvětšením mikroskopu v rozmezí 10x – 80x?

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel trvá na zadávacích podmínkách, tzn. požadavku na Planapochromatický objektiv se zvětšením alespoň 1.25x.

#### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V technické specifikaci je dále požadován stativ s ostřícím posuvem v rozsahu min. 120 mm včetně zabudovaného podložního skla s min. průměrem 100 mm. Bude zadavatel akceptovat stativ s ostřícím posuvem v rozsahu 100 mm se zabudovaným podložním sklem o průměru 90 mm?

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel trvá na zadávacích podmínkách, tzn. požadavku na stativ s ostřícím posuvem v rozsahu min. 120 mm včetně zabudovaného podložního skla.

#### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

V technické specifikaci stereomikroskopu je zmíněna dioptrická korekce +5, -8 dioptrií. Standardní korekce okulárů v mikroskopii je +-5 dioptrií s tím, že pokud je potřeba větší korekce, okuláry mají dlouhou výstupní pupilu a lze s okuláry pracovat v brýlích, které korigují nejen dioptrie, ale i veškeré individuální chyby oka uživatele. Korigovat chybu oka jen v jedno směru až na 8 dioptrií je velmi nestandardní a může vylučovat všechny ostatní byt' renomované výrobce. Dotaz zní. Bude akceptována nabídka s okuláry s korekcí vady oka +-5 dioptrií?

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3**

Zadavatel bude akceptovat dioptrickou korekci obou okulárů minimálně +5, -5 dioptrií.

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4**

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 20. 8. 2018 do 13:00 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 20. 8. 2018 od 13:05 hodin v zasedací místnosti ve 6. patře budovy Rektorátu ČZU.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová  
vedoucí právního oddělení  
Česká zemědělská univerzita v Praze