

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 24. července 2018

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Stereomikroskopy s LED stativem**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V technické specifikaci je požadováno: 1) Objektiv PlanApochromatický 1,25x, 2) pracovní vzdálenost min. 60 mm, 3) rozsah zvětšení 10x -70x bez změny objektivu, 4) žádný jiný požadavek. Přes dotaz, zda vyhoví objektiv PlanApochromatický 1x, zadavatel trvá na objektivu 1,25x. Dotaz: Je někdo schopen technicky vysvětlit a podepsat se pod to, proč zadavatel trvá na objektivu 1,25x, když navrhované řešení s objektivem 1x nejenže splňuje všechny požadované parametry, ale tyto požadované parametry výrazně překračuje (delší pracovní vzdálenost, větší rozsah zoomu)?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Pokud je objektiv zvětšující 1x v kombinaci s více zvětšujícími okuláry, lze dosáhnout stejného (či většího) rozsahu zoomu jako s objektivem 1.25 či 1.6, ale jedná se tzv. prázdná zvětšení (zvětšuje obraz poskytnutý objektivem s menším zvětšením, který ale nemá stejné detailní rozlišení jako více zvětšující objektiv v kombinaci se slabšími okuláry). Cílem je maximalizace kvality zobrazovaného obrazu. Princip je detailně vysvětlený například na níže uvedeném odkazu: https://www.wikiskripta.eu/w/Zv%C4%9Bt%C5%A1en%C3%AD_mikroskopu.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádllová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze