

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 27. července 2018

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE III.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Stereomikroskopy s LED stativem**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V předchozím vysvětlení zadávací dokumentace uvádíte argumenty, které jasně vyvrací zaslaná tvrzení. 1) Celkové zvětšení stereomikroskopu je dáno součinem zvětšení objektivu, nastavením zoomovacího mechanismu a zvětšením okulárů. 2) Každý výrobce má různý zoomovací poměr zvětšujícího mechanismu, tak jako každý výrobce aut má jiný objem válců. Některý výrobce má u stereomikroskopu 0,8x - 5,6x, jiný výrobce 0,8x - 8x, a jiný výrobce 1x - 8x, a další výrobce 1x - 8x. To znamená, že pro dosažení celkového zvětšení 10x - 70x musí první výrobce použít objektiv 1,25x při okulárech 10x, nicméně dalším výrobcům stačí objektiv 1x a okuláry 10x, dalšímu výrobcovi objektiv 1x a opět okuláry 10x. To znamená, že není pravda, že by různí dodavatelé použili různé zvětšení okulárů. 3) Pokud si najdete na vašem odkazu další odkaz na Abbeho teorii zjistíte, že tzv. zvětšení užitečné celkové je dáno klauzulí 500 - 1000 x NA. Zvětšení nad tento limit se označuje za prázdné zvětšení. NA (numerická apertura) objektivu 1x je 0,1. Vynásobením vychází, že při objektivu 1x a okulárech 10x je maximální užitečné zvětšení 100x, což přesně souhlasí s naší nabízeným maximálním zvětšením a samozřejmě požadované maximální zvětšení 70x je s vysokou rezervou v užitečném zvětšení. To znamená, že tvrzení, že se pohybujeme v tzv. prázdném zvětšení opět není pravdivé. Na základě těchto fyzikálních zákonů opakovaně tvrdíme, že nabídka s objektivem 1x nejenže splňuje požadované zadání, ale parametry dokonce převyšují požadované vlastnosti. Naše nabídka disponuje v celém rozsahu užitečným zvětšením, má výrazně větší zoomovací poměr, disponuje větší pracovní vzdáleností a navíc u zvětšení přesahující 50x automaticky nabízíme fokusování hrubě a jemně.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel na základě výše uvedeného rozhodl o úpravě zadávacích (technických) podmínek, a to následovně:

místo:

"Planapochromatický objektiv se zvětšením alespoň 1,25x, pracovní vzdálenost min. W.D. = 60 mm"

zadavatel požaduje:

"Planapochromatický objektiv se zvětšením alespoň 1,0x, pracovní vzdálenost min. W.D. = 60 mm"

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 3. 9. 2018 do 13:00 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 3. 9. 2018 od 13:05 hodin v zasedací místnosti v 6. patře budovy Rektorátu ČZU.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze