

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 31. července 2018

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Dodávka cytometru v rámci projektu EVA 4.0**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel uvádí základní parametry PC (viz příloha č. 4 zadávací dokumentace). Některé parametry nejsou důležité pro splnění účelu/funkce přístroje. Bude prosím zadavatel tolerovat i jiné parametry PC, konkrétně: CPU 8GB RAM (lze případně upgradovat během instalace přístroje) externí čtečka paměťových karet externí klávesnice, externí myš (případně externí klávesnice s Touch Padem) jiné hodnoty PassMark (nejsou relevantní pro splnění účelu/funkce přístroje) námi dodávaný Desktop PC je upraven pro rutinní využití s průtokovým cytometrem.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu rozhodl o změně technické specifikace. Nová technická specifikace je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Účastník je povinen použít výhradně tuto novou změněnou technickou specifikaci, která musí být splněna.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel udává základní parametry monitoru (viz příloha č. 4 zadávací dokumentace). Některé parametry nejsou důležité pro splnění účelu/funkce přístroje (viz přiložená tabulka). Bude prosím zadavatel akceptovat i jiné hodnoty, viz níže: velikost uhlopříčky: 21,5“ povrch displeje: Anti-Glare with 3H hardness; odezva: 12 ms; přídavná WebCam, mikrofon, reproduktor?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu rozhodl o změně technické specifikace. Nová technická specifikace je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Účastník je povinen použít výhradně tuto novou změněnou technickou specifikaci, která musí být splněna.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel požaduje sortér k detekci malých částic <100 nm. Bude prosím zadavatel akceptovat sortovací modul umožňující detekci částic v běžném rozsahu 0.1-100um?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu rozhodl o změně technické specifikace. Nová technická specifikace je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Účastník je povinen použít výhradně tuto novou změněnou technickou specifikaci, která musí být splněna.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 23. 8. 2018 do 10:00 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 23. 8. 2018 od 10:05 hodin v zasedací místnosti ve 6. patře budovy Rektorátu ČZU.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze