

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 1. srpna 2018

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Dodávka cytometru v rámci projektu EVA 4.0**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Hodnota testu CPU PassMark námi dodávaného PC je aktuálně 8036. Hodnotu výkonu disku bohužel nelze ověřit (tento údaj není relevantní pro splnění účelu/funkce přístroje). Prosím o vyjádření zadavatele, zda bude akceptovat případně nižší hodnoty PassMark testu než ty uvedené v zadávací dokumentaci.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel trvá na uvedených minimálních technických parametrech.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze