

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 1. srpna 2018

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Laboratorní přístroje pro laboratoř dřevěných výrobků a materiálů na bázi dřeva**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel dle přílohy č. 4a zadávací dokumentace – Technická specifikace požaduje k chráněné topné desce dodání externího notebooku s 15 palcovým displejem. Vzhledem k tomu, že se zaznamenává a zpracovává velké množství naměřených dat v číselné i grafické podobě je možné nabídnout externí PC Desktop s 23 palcovou obrazovkou?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Ano, účastník může externí notebook nahradit desktopem s 23'' monitorem při zachování ostatních technických parametrů. Zadavatel tedy tímto upravuje předloženou technickou specifikaci.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel dle přílohy č. 4a zadávací dokumentace – Technická specifikace požaduje k chráněné topné desce minimální rozsah měření 0,005 až 1,5 W/m.K. Rozsah měření do takto vysokých hodnot nebývá již standardní. Bude uživateli postačovat případně rozsah měření 0,005 až 1,0 W/m.K

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel umožňuje předložení zařízení s rozsahem měření 0,005 – 1,0 W/m.K. Zadavatel tedy tímto upravuje předloženou technickou specifikaci.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 21. 8. 2018 do 13:30 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 21. 8. 2018 od 13:35 hodin v zasedací místnosti ve 6. patře budovy Rektorátu ČZU.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze