

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 10. srpna 2018

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „Pořízení CT skeneru“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel v technické specifikaci v části Další požadavky na zobrazování uvádí požadavek na skenování: „Kovy v těle, zejména po vniku střely“. Požaduje zadavatel speciální program pro redukci metalických artefaktů, aby tkáně v okolí střely byly zobrazeny s dostatečnou kvalitou?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Ano, tím je mimo jiné myšleno, že zadavatel požaduje i speciální program pro redukci metalických artefaktů.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel v zadávací dokumentaci, v příloze č. 4 - technická specifikace, uvádí požadavek na nejkratší čas rotace pro 360° - max. 0.6s. Bude zadavatel akceptovat CT přístroj renomovaného světového výrobce, jehož přístroj dosahuje rychlost rotace max. 0,8s pro nejkratší čas rotace pro 360°?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel trvá na technické specifikaci, která je součástí zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí: „Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení CT skeneru, který bude určen pro výukovou laboratoř ve které budou zobrazovány snímky celých studovaných objektů - zvířete a volně žijících živočichů, na kterých budou zřetelně znázorňovány změny ve strukturách tkání; například po úrazu, nebo po střelných a řezných poraněních. Může zadavatel blíže specifikovat, jaké druhy zvířat předpokládá scanovat v pořizovaném CT přístroji?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel předpokládá přístroj užívat na spárkatou zvěř, drobné savce, savce – predátory ČR a ptáky včetně vodních a dravců.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel v zadávací dokumentaci, v příloze č. 4 – technická specifikace, uvádí požadavek na celkovou efektivní tepelnou kapacitu anody – min. 5 MHU. Může zadavatel blíže objasnit pojem celková efektivní tepelná kapacita anody? Bude zadavatel akceptovat přístroj renomovaného světového výrobce, jehož přístroj dosahuje absolutní tepelnou kapacitu anody 3.5 MHU, a při použití metod iterativní rekonstrukce ekvivalent 6.3 MHU?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel trvá na technické specifikaci, která je součástí zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel v zadávací dokumentaci, v kupní smlouvě, v čl. 2.6. uvádí: „Smluvní strany se dohodly, že pokud k řádnému splnění předmětu této smlouvy (zejména pro odevzdání a zprovoznění zboží bude zapotřebí provést další dodávky a práce v této smlouvě neuvedené, o nichž však prodávající s ohledem na předmět plnění věděl nebo musel vědět, je prodávající povinen tyto dodávky a práce na své náklady obstarat a provést; a to bez nároku na zvýšení kupní ceny uvedené v čl. 4.2. této smlouvy. Může zadavatel poskytnout projektovou dokumentaci (ideálně v dwg. formátu), údaj o nosnosti podlahy a dimenzaci přívodního kabelu elektrické energie? Rozumíme správně, že zadavatel hradí všechny náklady související se stavbou, příp. stavebními úpravami?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Dokumentace k objektu, kde bude CT umístěno je dostupná na https://zakazky.czu.cz/contract_display_551.html v části Dokumentace http část 2.zip, kapitola D1.1.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Zadavatel v zadávací dokumentaci, v kupní smlouvě, v čl. 5.9. uvádí: „Prodávající se zavazuje v průběhu 2 let od dodání zboží zajistit kalibraci přístroje v rozsahu min. 200 hodin. Prodávající se dále zavazuje zajistit průběžnou implementaci dat - modifikaci nastavení přístroje, které bude probíhat na základě implementace nových údajů získaných měřen/in dat; a to v rozsahu 400 hodin během 4 let následujících od dodání zboží“. Může zadavatel objasnit, co myslí pod pojmem „průběžná implementace dat - modifikace nastavení přístroje“? Může zadavatel potvrdit, že skutečně trvá na požadavku zajištění kalibraci přístroje v rozsahu min. 200 hodin? Tento požadavek je zcela nestandardní a obvykle se dělají 2-3 kalibrace přístroje do roka. Má potencionální uchazeč zakalkulovat náklady spojené s výše uvedenou činností již do pořizovací ceny přístroje?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Na základě potřeb plánované výuky a výzkumu průběžně upravovat nastavení pro zajištění požadovaných výstupů. Zejména se jedná o servisní práce. Zadavatel tedy trvá na uvedeném znění smlouvy, nicméně podotýká, že se jedná o závazek budoucího prodávajícího poskytnout tyto služby minimálně v uvedeném rozsahu, pokud to ale nebude třeba a nebude to kupující na základě svých aktuálních potřeb požadovat, nemusí dojít k úplnému vyčerpání uvedeného rozsahu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Zadavatel v zadávací dokumentaci, v kupní smlouvě, v čl. 8.2. uvádí: „Prodávající je povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny v čl. 4.2. této smlouvy za každou jednotlivou vadu a každý započatý den prodlení a s odstraněním reklamované vady ve lhůtě dle čl. 6.3. této smlouvy. Může zadavatel upravit výše uvedené ustanovení, a to odstraněním úhrady smluvní pokuty za každou jednotlivou vadu? Návrh nového znění: „Prodávající je povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny v čl. 4.2. této smlouvy za každý započatý den prodlení s odstraněním reklamované vady ve lhůtě dle čl. 6.3. této smlouvy.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Zadavatel trvá na uvedeném znění smlouvy.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Vzhledem ke složitosti předmětu veřejné zakázky a početným nejasnostem, žádáme zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídek alespoň o týden.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu se zákonem.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze