

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 25. září 2018

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Dodávka klimatizační komory**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Komora pro klimatizování vzorků s možností regulace teploty a vlhkosti splňující normy: IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-67 a IEC 60068-30. Můžete upřesnit, které jsou preferovány? Všechny v plném znění nelze prakticky splnit. Např. norma IEC 60068-2-14 zahrnuje test pro šokové testy, ale také pro rychlé teplotní změny. Tzn. pro plnění této normy by bylo potřeba dvou komor. Šoková komora s výtahem a stresová komora.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel požaduje splnění všech norem. Konkrétně 60068-2-1, test A – test při nízkých teplotách – chlad; 60068-2-2, test B – test při vysokých teplotách – suché teplo; 60068-2-14, test Nb – změna teploty; 60068-2-67 – test konstantní klima; 60068-2-30 – varianta 1 a var. 2 – vlhké teplo cyklické. Všechny výše uvedené podmínky lze splnit jednou komorou.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Maximální teplotní odchylka v prostoru: $\pm 1,0$ °C. V jakém teplotním rozsahu?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel požaduje uvedenou teplotní odchylku při teplotním rozsahu -40°C až +150 °C.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Jaký je požadavek na rychlost teploty dle IEC 60068-3-5?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel požaduje rychlost ohřevu min. 2 K/min a rychlost chlazení min. 2 K/min.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

V jakém teplotním rozsahu se budou reálně provádět testy?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Testy budou reálně prováděny v celém definovaném rozsahu, tzn. -40 °C až +180 °C.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 15. 10. 2018 do 14:00 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 15. 10. 2018 od 14:05 hodin v zasedací místnosti ve 6. patře budovy Rektorátu ČZU.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze