

Vysvětlení zadávacích podmínek

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: prof. Ing. Marek Turčáni, děkan FLD
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU: Pořízení detektoru ozonu a detektoru VOC

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení zadávacích podmínek vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Vysvětlení technické specifikace části B (detektor VOC): Budete akceptovat nabídku na přístroj, který měří VOC na bázi PID senzoru s odezvou do 3 sekund? Samozřejmě za předpokladu, že bude schopen detekovat látky uvedené v technické specifikaci.

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

K Vašemu dotazu zadavatel sděluje, že nabídku přístroje, který měří VOC na bázi PID senzoru s odezvou do 3 sekund bude akceptovat.

V souvislosti s výše uvedeným dotazem se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to **do 19. 10. 2018 do 10:00 hodin**. Ostatní ustanovení výzvy a jejích příloh zůstávají beze změn.

V Praze dne 8. 10. 2018

.....
Magdaléna Bičová, administrátor
veřejné zakázky