

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 5. listopadu 2018

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Dodávka kalorimetru**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Jsou požadovány vnější rozměry: š-h-v = 0,5 x 0,35 x 0,35 (m) s tolerancí 20 % u každé míry. Námi nabízený přístroj má půdorys 0,42 x 0,4 a výšku 0,51 m, je tedy mírně vyšší, což však nemá žádný vliv na funkčnost přístroje – bude tato nabídka přípustná? Jaký je důvod pro konkrétní rozměry, především výšku přístroje?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel na základě dotazu rozšiřuje toleranci u každého rozměru o 25%.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Je požadována kalorimetrická bomba o objemu minimálně 300 ml. Námi nabízený přístroj disponuje standardně bombou o objemu 250ml, při splnění nároku na přesnost měření, bude tato nabídka akceptovatelná? Jaký je důvod pro konkrétní objem spalné bomby?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel na základě dotazu připouští kalorimetrickou bombu o objemu min. 225 ml.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Je požadován měřicí rozsah v rozpětí 5 – 40 kJ, což je poměrně zvláštní požadavek, zejména uváděná spodní mez. Obecně se dolní mez spíše neuvádí, protože jsou při těchto hodnotách výsledky měření zatíženy poměrně velkou chybou. Naš kalorimetr poskytuje nanejvýš precizní výsledky při maximální doporučené uvolněné energii 8000 cal (33,494 kJ). Jako standard je používán 1g kyseliny benzoové stejně jako uvádíte níže, která uvolňuje 6318,4 cal. Domníváme se, že kritériem by měla být spíše PŘESNOST / RYCHLOST měření, nikoliv objem nádoby nebo maximalní hodnota uvolněné energie. Jaký je důvod pro konkrétně 40kJ? Pokud plánujete spalovat vzorky s energií 40kJ na gram, můžete s námi nabízeným kalorimetrem stanovovat 0,7g vzorku s optimálním deltaT.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel na základě dotazu připouští i měřící rozsah min. 30 kJ.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Je požadována měděná trubice s koncovkami pro spojení plnicí stanice s redukčním ventilem, který je namontován na kyslíkové bombě. Bude přípustné, kvalitativně lepší řešení ve formě vysokotlaké, ohebné a flexibilní přívodní trubice se Swagelok šroubením?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel na základě dotazu připouští i výše (v dotazu) popisované řešení.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 22. 11. 2018 do 9:00 hodin.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze