

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 21. listopadu 2018

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Pořízení vybavení do laboratoře protipožárních vlastností materiálů FLD**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zařízení pro stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla dle ČSN EN ISO 4589-2 Plasty. Lze jako nehořlavou podložku pod zařízení použít pryž, která je jeho standardní příslušenství?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Ano, pryžovou podložku lze použít.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Velkorozměrová požární zkouška dle ISO 9705. Ze zadávací dokumentace není zřejmé v jakém rozsahu má dodávaná váha vážit.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel požaduje rozsah váživosti 0 - 150 kg s přesností +/- 50 g.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zkušební zařízení pro stanovení spalného tepla (kalorické hodnoty) podle ČSN EN ISO 1716. Je nutné dodržet maximální rozměry uvedené v zadávací dokumentaci? Zařízení včetně příslušenství má zhruba o 50% větší rozměry.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Obecně je třeba dodržet všechny zadavatelem požadované parametry uvedené v zadávací dokumentaci (tedy včetně vysvětlení/změn zadávací dokumentace). V tomto případě zadavatel od požadavku na max. rozměry ustupuje a nově je tedy již nepožaduje.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Můžeme nabídnout připojení přes RS 232, nebo USB, ne však přes LAN. Lze dodat zařízení s tímto připojením?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Připojení přes RS 232 je akceptovatelné pokud PC zaznamenávající naměřená data bude mít rozhraní LAN.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 7. 12. 2018 do 13:00 hodin.

Zadavatel znovu výslovně upozorňuje, že nabídku může účastník doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky v elektronické podobě, a to výhradně prostřednictvím elektronického nástroje na profilu zadavatele (<https://zakazky.czu.cz>).

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze