

Vysvětlení a změna/doplnění zadávací dokumentace č. 1

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: DODÁVKA AUTOMATICKÝCH BODOVÝCH DENDROMETRŮ

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavatel obdržel dne 19. 12. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, a to níže uvedené dotazy:

Dotaz č. 1:

Prosím o upřesnění a) průměr stromů, které budou vybaveny dendrometry

Odpověď zadavatele: Průměry kmenů stromů, na které budou dendrometry instalovány, budou v rozmezí od 8 cm do 100 cm v prsní výšce (1,3 m nad zemí).

Dotaz č. 2:

Prosím o upřesnění b) požadujete řešení jeden dendrometr- jeden záznamník? Ptám se, protože je možné k našemu loggeru připojit až 4 dendrometry.

Odpověď zadavatele: Požadujeme řešení jeden dendrometr - jeden záznamník (datalogger), tj. samostatný datalogger pro každý dendrometr.

Vzhledem k charakteru změny/doplnění zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 ZZVZ o 4 pracovní dny. Nová lhůta pro podání nabídek končí dne **11. 1. 2019 v 9:00 hodin**. Ostatní uveřejněné informace zůstávají beze změny.

V Praze dne 21. 12. 2018

.....
Magdaléna Bičová, administrátor
veřejné zakázky