

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 31. ledna 2019

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE III.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Pořízení spotřebního materiálu a chemikálií pro výzkum v oblasti dřevařství**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Prosíme o upřesnění propojení ventilu s přístrojem. V zadávací dokumentaci uvádíte "závit 1/4" vnitřní-standardně s koncovkou 6 mm. Je myšleno, že požadujete jako součást i propojení? Jestliže ano, požadujete hadičku 6 mm, nebo kapiláru 6 mm? Jaká by měla být délka hadičky/kapiláry?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel požaduje na výstupu redukčních tlakových ventilů jako součást dodávky propojení, které bude zakončeno přímou spojkou s vnitřním závitem koncovky o průměru 6 mm (1/4") pro připojení k přístroji hadičkou. Hadička nebude součástí dodávky.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze