

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 4. března 2019

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Vybavení laboratoře taxidermie**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V technické dokumentaci pro centrifugu (Příloha č. 4e) uvádíte, že se jedná o laboratorní stolní chlazenou bez rotoru. Ale v technických požadavcích již není uveden rozsah teploty, kterou má být centrifuga schopna dosáhnout. Jedná se tedy o chlazenou centrifugu a nebo ventilovanou?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Jedná se o chlazenou centrifugu. Tato centrifuga musí být schopna dosáhnout alespoň 0 °C. Pro ujištění uvádíme, že chlazení do minusových hodnot je akceptovatelné.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 15. 3. 2019 do 9:00 hodin.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze