

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 19. března 2019

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Vybavení laboratoře ekologie lesa**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V příloze č. 4c Technické specifikaci pro Zařízení pro destilaci vodní párou požaduje zadavatel minimální nastavitelnou kapacitu vodní páry v rozmezí 30-100 %. Bude zadavatel akceptovat i rozmezí od 40-100%?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel bude akceptovat navrhované rozmezí od 40-100 %.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 8. 4. 2019 do 14:00 hodin.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádllová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze